

T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No: 29809 : 20932

Talep Eden Birim: KVC SERVİSİ

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler 4734 Kamu İhale Kanunu'nun 22 maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemeler için tekliflerinizi son teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar Satın Alma Birimimize vermenizi rica ederim.

Son Teslim Tarih & Saat : 21.05.2018 17:00

ABDURRAHMAN GÖKALIOĞLU
SATINALMA GÖREVLİSİ
nanelimonisparta@gmail.com

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı	Sut Kodu
1	KAN KARDİOPLEJİ SETİ	40	ADET			KV1062

Yukarıda belirtilen malzemeleri karşılığında belirtilen fiyatlardan verebileceğimi taahhüt ederim.

İMZA - KAŞE

1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK,KDV ORANI BELİRTİLECEKTİR.

2-)TEKLİLER SON TESLİM TARİH VE SAATİNE KADAR İMZALI VE KAŞELİ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ,FAKS İLEDE GÖNDERİLEBİLİR.

3-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA VEYA MODELİ UBB KODU İSTEKLİNİN BAYI İSE BAYI KODU ANA FİRMA İSE FİRMA KODU VE TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEME MEKTUPLARINDA BELİRTİLECEKTİR.

4-)İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ İLACA ,MALZEMEYE İLİŞKİN OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI VE ONAYLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE İLE BARKOT NUMARALARINI TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULMASI ZORUNLUDUR.

KİSMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.

5-)MAL/HİZMET ALIM İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GİDERLER(NAKLİYE,SİGORTA VB.)FİRMAYA AİTTİR.

6-)ÖDEME VADESİ MAL TESLİMİNE MÜTEAKİP 540. GÜNDÜR

NOT:ÜRÜNLERİN TESLİM SÜRESİ PROFORMADA İŞGÜNÜ OLARAK BELİRTİLECEKTİR.TESLİM SÜRESİ BELİRTİLMEDİĞİNDE 15 İŞ GÜNÜ TESLİM SÜRESİ OLARAK ESAS ALINACAKTIR.HEMEN,DERHAL GİBİ İFADELER

5 (BEŞ)İŞ GÜNÜ OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.İTHAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ FİRMA TEKLİFİNDE TESLİM SÜRESİNİ BELİRTMEK ZORUNDADIR.SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN BELİRTİLEN SÜREDE TESLİM EDİLMEYEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SİPARİŞ TEKRAR YAZIŞMA YAPMADAN İPTAL EDİLMİŞ SAYILIR.

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doğu Kampüsü Çünür 32260 - İSPARTA

Doğrudan Temin Tel: 0246 211 28 37 - 211 28 39 **Email :** sdudogrudantemin@gmail.com

Hasta Bazlı Tel: 0246 211 28 85

Email : sdu22f@outlook.com

ihale Tel: 0246 211 28 35

Fax: 0246 211 28 23

KVC426

Kan Kardiyopleji Seti

1. Kan kardiyopleji seti, oxygenatörden alınan kanı ve kardiyopleji sıvılarını karıştırılarak elde edilen kan kardiyopleji sıvısı karışımını kalbe pompalamaya uygun olmalıdır.
2. Kan kardiyopleji setinde oksijenaratörden kanı alacak bir hat ve kardiyopleji sıvısını taşıyacak ayrı bir hat olmalıdır. Bu iki hat roller pompa kafasından geçtikten sonra Y konnektörle birleşmeli ve ameliyat masasına tek hat olarak ulaştırılabilmelidir.
3. Kan kardiyopleji seti, kan kardiyopleji sıvısını hastaya taşıyacak masa hattına sahip olmalıdır. Masa hattı pompa hattıyla pos-lock sistemiyle birbiriyle birleşebilir olmalıdır.
4. Kan kardiyopleji seti masa hattı uzunluğu 200 cm den kısa olmamalıdır.
5. Kan kardiyopleji seti ile elde edilecek olan kan kardiyopleji sıvısının karışım oranı 4/1 oranında olmalıdır.
6. Kan kardiyopleji seti 100-200 ml arasında prime sıvısı ile prime yapılabilir.
7. Kan kardiyopleji setinde roller pompa kafasından sonra elde edilecek olan kan kardiyopleji sıvısını ısıtmayı veya soğutmayı sağlayan ısı değiştiricisi olmalıdır.
8. Kan kardiyopleji seti ısı değiştiricisi dikdörtgen olmalıdır.
9. Kan kardiyopleji seti ısı değiştiricisi üzerinde ısıtıcı soğutucu cihazından gelen su hatlarının bağlantı noktalarında su giriş ve çıkış uçlarını gösteren yazılar bulunmalıdır.
10. Kan kardiyopleji seti ısı değiştiricisinde kompakt yapıda (ısıtıcı soğutucu cihazından gelen soğuk-sıcak suyun geçtiği) metal plakalar olmalıdır.
11. Kan kardiyopleji seti ile elde edilecek olan kan kardiyopleji sıvısı dikdörtgen olan ısı değiştiricisinin merkezinden geçirilerek soğutulup-ısıtılabilir.
12. Set çift serum girişine sahip olmalıdır.
13. Kan kardiyopleji seti ısı değiştiricisi üzerinde bir adet üç yollu musluk olmalıdır. Bu musluğa sistemdeki basıncı monitorize etmeyi sağlayacak basınç hattı ve sistemden hava çıkarmayı sağlayacak ayrı bir hat olmalıdır.
14. Kan kardiyopleji seti içerisindeki mayinin ısını ölçmeyi sağlayan bir adet ısı probu portu olmalıdır.
15. Kan kardiyopleji setinin kendine ait tutturucusu olmalıdır.
16. Kan kardiyopleji setinin üzerinde basınç göstergesi olmalıdır.
17. Bağlantı hatları birbirine tam olarak kaçak yapmaksızın bağlanabilmeli, bağlantılar kendiliğinden uygulama esnasında ayrılmamalı kaçak yapmamalıdır.

Sup. PASTOR EKEL
Su Pzuz

SDÜ Araştırma ve Uygulama Merkezi
Prof. Dr. Turhan YAVUZ
Dış. Tel. No: 48370
Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.