

T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TEKLİF İSTEME FORMU

Istem No: 30761 : 21477

Talep Eden Birim: AMELİYATHANE

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler 4734 Kamu İhale Kanunu'nun 22 maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemeler için tekliflerinizi son teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar Satın Alma Birimimize vermenizi rica ederim.

Son Teslim Tarih & Saat : 16.07.2018 09:00

ABDURRAHMAN GÖKALIOĞLU
SATINALMA GÖREVLİSİ
nanelimonisparta@gmail.com

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı	Sut Kodu
1	KALÇA/DİZ PRİMER/REVİZYON KEMİK ÇİMENTOSU-NORMAL STANDART-40 GR PMMA	80	ADET			AP3220

Yukarıda belirtilen malzemeleri karşılığında belirtilen fiyatlardan verebileceğimi taahhüt ederim.

İMZA - KAŞE

- 1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK,KDV ORANI BELİRTİLECEKTİR.
 - 2-)TEKLİLER SON TESLİM TARİH VE SAATİNE KADAR İMZALI VE KAŞELİ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ,FAKS İLEDE GÖNDERİLEBİLİR.
 - 3-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA VEYA MODELİ UBB KODU İSTEKLİNİN BAYİ İSE BAYİ KODU ANA FİRMA İSE FİRMA KODU VE TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEME MEKTUPLARINDA BELİRTİLECEKTİR.
 - 4-)İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ İLACA ,MALZEMEYE İLİŞKİN OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI VE ONAYLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE İLE BARKOT NUMARALARINI TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULMASI ZORUNLUDUR.
 - 5-)MAL/HİZMET ALIMI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GİDERLER(NAKLİYE,SIGORTA VB.)FİRMAYA AİTTİR.
 - 6-)ÖDEME VADESİ MAL TESLİMİNE MÜTEAKİP 540. GÜNDÜR
- NOT:ÜRÜNLERİN TESLİM SÜRESİ PROFORMADA İŞGÜNÜ OLARAK BELİRTİLECEKTİR.TESLİM SÜRESİ BELİRTİLMEDİĞİNDE 15 İŞ GÜNÜ TESLİM SÜRESİ OLARAK ESAS ALINACAKTIR.HEMEN,DERHAL GİBİ İFADELER 5 (BEŞ)İŞ GÜNÜ OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.İTHAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ FİRMA TEKLİFİNDE TESLİM SÜRESİNİ BELİRTMEK ZORUNDADIR.SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN BELİRTİLEN SÜREDE TESLİM EDİLMEYEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SİPARİŞ TEKRAR YAZIŞMA YAPMADAN İPTAL EDİLMİŞ SAYILIR.

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doğu Kampüsü Çünür 32260 - ISPARTA
Doğrudan Temin Tel: 0246 211 28 37 - 211 28 39 Email : sdudogrudentemin@gmail.com
Hasta Bazlı Tel: 0246 211 28 85 Email : sdu22f@outlook.com
İhale Tel: 0246 211 28 35 Fax: 0246 211 28 23

ORM1480

Düşük Viskositeli Kemik Çimentosu

1. Kemik çimentosu 40 gr. toz ve 20 gr. sıvı bileşenden oluşmalıdır. (2g./1ml. Oranında)
2. Aktif maddenin sıvı kısmında 19,5 ml methylmethacrylate, toz kısmında 30,0 g methylmethacrylate 8 veya aynı oranda olmalıdır.
3. Geç katılma özelliği olmalıdır.(Low viscosyiti)
4. Kemik çimentosunun güçlü olabilmesi için, Styrene Copolymerin kimyasal oranı %75'in altında olmalıdır.
5. PMMA(Polymethylmethacrylate) oranı kemik çimentosu içinde %15'den az olmamalıdır.
6. Kemik çimentosu içindeki Baryumsulfat oranı %10'un altında olmamalıdır.
7. Kemik çimentosunun içindeki Benzyl Peroksit oranı %0,5'in üzerinde olmalıdır.
8. Çimentonun kemiğe daha iyi nüfuz edebilmesi için ortalama makaslama stresi 7 Mpa dan fazla olmalıdır.
9. Çimentonun spongiöz kemiğe olan nüfuz derinliği 20 PSI'dan 2mm nin üstünde,40 PSI'dan 4 mm nin üstünde olmalıdır.
10. Total eklem protezlerinin uzun ömürlü olabilmesi için kemik çimentosunun''plastik deformasyon'' oranı 500 saatlik yorgunluk testinde %20'nin üzerinde olmamalıdır.
11. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve 11.04.2006 tarihli 2006/43 sayılı genelgesine göre teklif edilen cihazların hangi sınıfa girdiği belirtilecek, ilgili sınıfa ait Üretici Firma tarafından verilmiş beyanları teklif ile birlikte sunulmalıdır. Sağlık bakanlığı kullanımı izni veya ithal ürünler için ithalat izin belgesi olacaktır.

SÜU Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Seri ROK
Ameliyathane Sterilizasyon
Sorumlu Hemşiresi
Etilik No: 2092

SÜU Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Prof. Dr. Tolga ATAY
Dip. No: 67713-90730
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.