

T.C.  
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  
TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No: 32781 : 22502

Talep Eden Birim: NÖROLOJİ YOĞUN BAKIM SERVİSİ

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı 1 belirtilen malzemeler 4734 Kamu İhale Kanunu'nun 22 maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemeler için tekliflerinizi son teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar Satın Alma Birimimize vermenizi rica ederim.

**Son Teslim Tarih & Saat : 15.10.2018 17:00**

ABDURRAHMAN GÖKALIOĞLU  
SATINALMA GÖREVLİSİ  
nanelimonisparta@gmail.com

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı	Sut Kodu
1	LARENGASKOP SETİ 4 BLEYT	1	ADET			

Yukarıda belirtilen malzemeleri karşılığında belirtilen fiyatlardan verebileceğimi taahhüt ederim.

İMZA - KAŞE

1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK,KDV ORANI BELİRTİLECEKTİR.

2-)TEKLİLER SON TESLİM TARİH VE SAATİNE KADAR İMZALI VE KAŞELİ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ,FAKS İLEDE GÖNDERİLEBİLİR.

3-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA VEYA MODELİ UBB KODU İSTEKLİNİN BAYİ İSE BAYİ KODU ANA FİRMA İSE FİRMA KODU VE TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEME MEKTUPLARINDA BELİRTİLECEKTİR.

4-)İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ İLACA ,MALZEMEYE İLİŞKİN OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI VE ONAYLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE İLE BARKOT NUMARALARINI TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULMASI ZORUNLUDUR.  
KİSMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.

5-)MAL/HİZMET ALIMINI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GİDERLER(NAKLIYE,SİGORTA VB.)FİRMAYA AİTTİR.

6-)ÖDEME VADESİ MAL TESLİMİNE MÜTEAKİP 540. GÜNDÜR

NOT:ÜRÜNLERİN TESLİM SÜRESİ PROFORMADA İŞGÜNÜ OLARAK BELİRTİLECEKTİR.TESLİM SÜRESİ BELİRTİLMEDİĞİNDE 15 İŞ GÜNÜ TESLİM SÜRESİ OLARAK ESAS ALINACAKTIR.HEMEN,DERHAL GİBİ İFADELER

5 (BEŞ)İŞ GÜNÜ OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.İTHAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ FİRMA TEKLİFİNDE TESLİM SÜRESİNİ BELİRTMEK ZORUNDADIR.SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN BELİRTİLEN SÜREDE TESLİM EDİLMEYEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SİPARİŞ TEKRAR YAZIŞMA YAPMADAN İPTAL EDİLMİŞ SAYILIR.

**Adres:** Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doğu Kampüsü Çünür 32260 - ISPARTA

**Doğrudan Temin Tel:** 0246 211 28 37 - 211 28 39 **Email :** sdudogrudentemin@gmail.com

**Hasta Bazlı Tel:** 0246 211 28 85

**Email :** sdu22f@outlook.com

**İhale Tel:** 0246 211 28 35

**Fax:** 0246 211 28 23

## LARİNGOSKOP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set içinde paslanmaz çelikten mamul Maçintosh tipte; 1'er adet mac 1 mac 2, mac 3, mac 4 boyutlarında olmak üzere toplam 4 adet blade bulunmalıdır.
2. Blade'lerde ampul ve elektrik devresi bulunmamalı ampul sap gövdesinde monteli olmalıdır. Ampul led ışıklı olmalıdır.
3. Işık; cam lifler tarafından taşınarak uca yakın kısımda aydınlatma yapmalıdır. Fiber optik kısım bladeler'in içine gömülü (integral) olmalı, sterilizasyonu etkileyeceği için herhangi bir veda veya pin ile tutturulmuş olmamalıdır.
4. Her türlü tarvmayı önleyebilmek için bladelerin uçlarının köşeleri yuvarlanmış olmalıdır.
5. Blade doğru takılıp bastırıldığında saptaki ampul devreye girmelidir.
6. Handle ile bladelerin birleşim yeri kolay takılıp çıkarılabilen özellikte, dayanıklı ve suyla dezenfeksiyon sırasında oksitlenmeye karşı korunmuş olmalıdır.
7. Handle iki adet orta boy pil ile çalışmalıdır. Handle da bulunan ampul ve piller çıkarıldığında handle elektrik teması olmadığından her türlü sterilizasyon işlemi yapılabilir.
8. Bladeler otoklavda 134° C 'de sterilize edilebilmelidir.
9. Handle ve bladelerin üzerinde belirgin şekilde marka ve no yazmalıdır.
10. Laringoskobun handle kısmı yuvarlak ve dış yüzeyi kullanıcının elinden kaymayacak yapıda olmalıdır.
11. Her bir set ile beraber 4 adet şarj edilebilir pil, 1 adet şarj cihazı ve 1 adet yedek ampul verilmelidir.
12. Set kolayca taşınabilmesi için orijinal kaliteli sert plastikten yapılmış taşıma çantası içinde olmalı ve bu çantada bladeler ve handle yerleştirmek için yuvalar olmalıdır.
13. Çantanın iç ve dış yüzeyinde girinti-çıkıntı olmamalı, dezenfektanlarla kolayca temizlenebilmelidir.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi  
Nöroloji Yoğun Bakım Sor. Hec.  
SDÜ : 05125

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi  
Prof. Dr. Süleyman KUTLUHAN  
Dip. Tes. No: 31574  
Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı