

T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No: 32694 : 22503

Talep Eden Birim: BIYOKIMYA

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler 4734 Kamu İhale Kanunu'nun 22 maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemeler için tekliflerinizi son teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar Satın Alma Birimize vermenizi rica ederim.

Son Teslim Tarih & Saat : 15.10.2018 17:00

ABDURRAHMAN GÖKALIOĞLU
SATINALMA GÖREVLİSİ
nanelimonisparta@gmail.com

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı	Sut Kodu
1	BİYOLOJİK ACİL DURUM KİTİ (DÖKÜLME-SAÇILMA KİTİ)	1	ADET			
2	GÖZ DUŞU (KUTULU, 2X500 ML NACL)	1	ADET			
3	KORUYUCU CAM GÖZLÜK	4	ADET			

Yukarıda belirtilen malzemeleri karşılarında belirtilen fiyatlardan verebileceğimi taahhüt ederim.

İMZA - KAŞE

1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK,KDV ORANI BELİRTİLECEKTİR.

2-)TEKLİLER SON TESLİM TARİH VE SAATİNE KADAR İMZALI VE KAŞELİ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ,FAKS İLEDE GÖNDERİLEBİLİR.

3-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA VEYA MODELİ UBB KODU İSTEKLİNİN BAYİ İSE BAYİ KODU ANA FİRMA İSE FİRMA KODU VE TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEME MEKTUPLARINDA BELİRTİLECEKTİR.

4-)İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ İLACA ,MALZEMEYE İLİŞKİN OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI VE ONAYLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE İLE BARKOT NUMARALARINI TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULMASI ZORUNLUDUR.

KİSMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.

5-)MAL/HİZMET ALIMI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GİDERLER(NAKLIYE,SİGORTA VB.)FİRMAYA AİTTİR.

6-)ÖDEME VADESİ MAL TESLİMİNE MÜTEAKİP 540. GÜNDÜR

NOT:ÜRÜNLERİN TESLİM SÜRESİ PROFORMADA İŞGÜNÜ OLARAK BELİRTİLECEKTİR.TESLİM SÜRESİ BELİRTİLMEDİĞİNDE 15 İŞ GÜNÜ TESLİM SÜRESİ OLARAK ESAS ALINACAKTIR.HEMEN,DERHAL GİBİ İFADELER

5 (BEŞ)İŞ GÜNÜ OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.İTHAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ FİRMA TEKLİFİNDE TESLİM SÜRESİNİ BELİRTMEK ZORUNDADIR.SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN BELİRTİLEN SÜREDE TESLİM

EDİLMEYEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SİPARİŞ TEKRAR YAZIŞMA YAPMADAN İPTAL EDİLMİŞ SAYILIR.

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doğu Kampüsü Çünür 32260 - ISPARTA

Doğrudan Temin Tel: 0246 211 28 37 - 211 28 39 Email : sdudogrudentemin@gmail.com

Hasta Bazlı Tel: 0246 211 28 85

Email : sdu22f@outlook.com

İhale Tel: 0246 211 28 35

Fax: 0246 211 28 23

BİYOLOJİK ACİL DURUM KİTİ (DÖKÜLME – SAÇILMA KİTİ)

01. Kit laboratuvarda oluşabilecek kimyasal dökülmelerde kullanılacak absorban madde ve yardımcı ekipmanları içeren plastik ve kapaklı bir kutu şeklinde olmalıdır.
02. Kit kutusu üzerinde kimyasal acil durum kiti olduğunu gösterir Türkçe etiket ve içerik bilgisi bulunmalıdır.
03. Kutu içeriği aşağıdaki malzemelerden oluşmalı ve istenildiğinde bu malzemeler tek tek temin edilebilir özellikte olmalıdır.

- 2 adet 1000 g'lık genel kullanım amaçlı granül formda kimyasal absorban madde
- 5 adet absorban ped
- 1 adet koruyucu gözlük
- 1 adet katı ve sıvı kimyasallardan oluşan toz ve sıvı zerreciklerinden koruyan, istenmeyen organik kimyasal kokularını engelleyen FFP2- karbonlu, cilde uyumlu toz maskesi
- 1 çift nitril eldiven, kimyasal ve mekanik dirençli, KKD kat. III
- 1 adet tek kullanımlık ziyaretçi önlüğü
- 5 adet su ve solventleri çok iyi emen, çok amaçlı kullanıma sahip temizleme bezleri
- 1 adet kontamine olmuş atık malzemelerin toplanmasına ve atılmasına uygun sarı renkli, "Tehlikeli Madde" baskılı torba ve kapatma klipsi
- Faraş ve süpürge
- Temizleme süngeri
- Şematik kullanım talimatı

04. Absorban madde dökülen sıvıyı kendi bünyesine hapsederek sıvının laboratuvar çalışanları üzerindeki potansiyel tehlikelerini engellemelidir.

05. Absorban maddelerin 100 g'ı yaklaşık 100 ml sıvıyı emebilen %100'lük bir absorblama kapasitesine sahip olmalıdır.

06. Absorban maddeler acil durumlarda kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla plastik, tek elle tutulabilecek ve geniş ağızlı ambalaja sahip olmalıdır.

GÖZ DUŞU (KUTULU, 2X500ML NACL)

1. Göz duşları en az 200 ml sıvı halde ve steril olmalıdır.
2. Göz duşları duvara monte edilebilir kutu içerisinde, set şeklinde 2 (iki) şişeli olmalıdır.
3. Göz duşu solüsyonu Tıbbi Laboratuvarlarda kullanılmaya uygun olmalıdır.
4. Uygulandıktan kısa bir süre sonra gözü nötralize etme özelliği olmalıdır.
5. Göz duşu solüsyon şişesinin üzerinde ergonomik göz yıkama kapağı bulunmalıdır.
6. Kullanımı ve ulaşılabilirliği kolay olmalıdır.
7. Göze uygulandığında gözün Ph değerini bozmamalıdır.
8. Her bir ürünün yanında kullanım şeklini anlatan uyarı ve işaret levhası bulunmalıdır.
9. Asit ve alkali sıçramalarında kullanılacak özelliklerde olmalıdır.
10. Tek göz kullanım özelliğinde olmalıdır.
11. Diphoterine (amfoterik madde) içermelidir.
12. Ergonomik göz aparatı ile taşınabilir olmalıdır.

Özlem DEMİRBAŞ
Biyokimya Laboratuvar Tek. Sor.
Biyolog
SDÜ:1621

Dr. DUYGU ZUMRUT DOĞUÇ
İP FAK. AHS UYG. HAST.
Biyokimya A.B.D.
Etiler No: 1033