

T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No: 32614 : 22505

Talep Eden Birim: ÜROLOJİ SERVİSİ

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı 1 belirtilen malzemeler 4734 Kamu İhale Kanunu'nun 22 maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemeler için tekliflerinizi son teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar Satın Alma Birimize vermenizi rica ederim.

Son Teslim Tarih & Saat : 15.10.2018 17:00

ABDURRAHMAN GÖKALIOĞLU
SATINALMA GÖREVLİSİ
nanelimonisparta@gmail.com

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı	Sut Kodu
1	DISPOSOBLE FLEXIBLE VIDEO ÜRETERORRENOSKOP	5	ADET			

Yukarıda belirtilen malzemeleri karşılarında belirtilen fiyatlardan verebileceğimi taahhüt ederim.

İMZA - KAŞE

1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK,KDV ORANI BELİRTİLECEKTİR.

2-)TEKLİLER SON TESLİM TARİH VE SAATİNE KADAR İMZALI VE KAŞELİ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ,FAKS İLEDE GÖNDERİLEBİLİR.

3-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA VEYA MODELİ UBB KODU İSTEKLİNİN BAYİ İSE BAYİ KODU ANA FIRMA İSE FIRMA KODU VE TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEME MEKTUPLARINDA BELİRTİLECEKTİR.

4-)İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ İLACA ,MALZEMEYE İLİŞKİN OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI VE ONAYLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE İLE BARKOT NUMARALARINI TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULMASI ZORUNLUDUR.
KİSMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.

5-)MAL/HİZMET ALIMI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GİDERLER(NAKLİYE,SİGORTA VB.)FİRMAYA AİTTİR.

6-)ÖDEME VADESİ MAL TESLİMİNE MÜTEAKİP 540. GÜNDÜR.

NOT:ÜRÜNLERİN TESLİM SÜRESİ PROFORMADA İŞGÜNÜ OLARAK BELİRTİLECEKTİR.TESLİM SÜRESİ BELİRTİLMEDİĞİNDE 15 İŞ GÜNÜ TESLİM SÜRESİ OLARAK ESAS ALINACAKTIR.HEMEN,DERHAL GİBİ İFADELER 5 (BEŞ)İŞ GÜNÜ OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.İTHAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ FIRMA TEKLİFİNDE TESLİM SÜRESİNİ BELİRTMEK ZORUNDADIR.SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN BELİRTİLEN SÜREDE TESLİM EDİLMEYEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SİPARİŞ TEKRAR YAZIŞMA YAPMADAN İPTAL EDİLMİŞ SAYILIR.

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doğu Kampüsü Çünür 32260 - ISPARTA

Doğrudan Temin Tel: 0246 211 28 37 - 211 28 39 **Email :** sdudogradantemin@gmail.com

Hasta Bazlı Tel: 0246 211 28 85

Email : sdu22f@outlook.com

İhale Tel: 0246 211 28 35

Fax: 0246 211 28 23

DRM 142

Disposable Fleksibl Video Üreterorenoskop Teknik Şartnamesi

- Hastanede kullanılmakta olan video üreterorenoskopi görüntüleme sistemi ile çalışabilmelidir.
- Skop disposable olmalı ve cihaz bağlantısı için gereken kablo skopun üzerinde bulunmalıdır. Ekstra herhangi bir kablo ve konnektöre ihtiyaç duymamalıdır.
- Görüş alanı 120° olmalıdır.
- Görüş açısı 0° olmalıdır.
- Alan derinliği 3-50mm olmalıdır.
- Chip-on-tip teknolojisi sayesinde distalde CMOS kamerası olmalı ve bu sayede peteksi olmayan, dijital görüntü sağlamalıdır.
- Aydınlatması kontrol ünitesindeki entegre LED ışık kaynağı sayesinde sağlanmalıdır.
- Açık mekanizması sayesinde distal uçta elde edilen defleksiyon yukarı doğru 270°, aşağı doğru 270° olmalıdır.
- İntersection tüpünün dış çapı 9F olmalıdır.
- Distal uç kalınlığı 6.5Fr üzerinde olmalıdır.
- Bending section kalınlığı azami 9Fr olmalıdır.
- Çalışma uzunluğu 650mm olmalıdır.
- Çalışma kanalı iç çapı 3.6Fr olmalıdır. Defleksiyonda bile bu kanaldan lazer probu çalıştırılabilir.
- Skopta otomatik defleksiyon kilit sistemi bulunmalı, bu sayede defleksiyon yapılan herhangi bir anda, mandalın bırakılması durumunda bile açının geri kaybedilmemesi sağlanmalıdır.
- Hafif tasarıma sahip olmalı, bu sayede kolay, yorucu olmayan bir kullanım sağlanmalıdır.
- Şaftın tam fleksibl yapısı sayesinde çok kolay insersiyon sağlamalıdır, böbreğin tüm bölümlerine erişebilmelidir.
- İrigasyon için luer port bulunmalıdır.
- Konektörü sayesinde görüntüleme ünitesine bağlanabilmelidir.
- Tek kullanımlık tasarımı sayesinde enfeksiyon riskini bertaraf etmeli, sterilizasyon gerektirmemelidir.
- 5°C arasındaki ortam sıcaklığında saklanmalıdır.
- EO çalışma ortam sıcaklığı 10-26°C, bağıl nem oranı %30-85, atmosferik basınç aralığı 800-1060hPa, yükseklik azami 2000m olmalıdır.
- 0-4öntemiyle sterilize edilmiş olmalıdır.
- CE belgeli olmalıdır.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Yrd. Doç. Dr. Osman ERGÜN
Üroloji Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 102973

Doç. Dr. Taylan OKSAY
S.D.Ü. Tıp Fakültesi
Üroloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 103063