

T.C.  
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  
TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No: 35229 : 24263

Talep Eden Birim: ÜROLOJİ SERVİSİ

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler 4734 Kamu İhale Kanunu'nun 22 maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemeler için tekliflerinizi son teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar Satın Alma Birimize vermenizi rica ederim.

**Son Teslim Tarih & Saat : 13.02.2019 17:00**

ABDURRAHMAN GÖKALIOĞLU  
SATINALMA GÖREVLİSİ  
nanelimonisparta@gmail.com

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı	Sut Kodu
1	PLAZMA KESİCİ LOOP (OLYMPUS CİHAZINA UYUMLU BİPOLAR TUR LOPU)	15,0	ADET			UR1029

Yukarıda belirtilen malzemeleri karşılarında belirtilen fiyatlardan verebileceğimi taahhüt ederim.

İMZA - KAŞE

- 1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK,KDV ORANI BELİRTİLECEKTİR.
  - 2-)TEKLİLER SON TESLİM TARİH VE SAATİNE KADAR İMZALI VE KAŞELİ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ,FAKS İLEDE GÖNDERİLEBİLİR.
  - 3-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA VEYA MODELİ UBB KODU İSTEKLİNİN BAYİ İSE BAYİ KODU ANA FİRMA İSE FİRMA KODU VE TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEME MEKTUPLARINDA BELİRTİLECEKTİR.
  - 4-)İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ İLACA ,MALZEMEYE İLİŞKİN OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI VE ONAYLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE İLE BARKOT NUMARALARINI TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULMASI ZORUNLUDUR.
  - 5-)MAL/HİZMET ALIM İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GİDERLER(NAKLIYE,SİGORTA VB.)FİRMAYA AİTTİR.
  - 6-)ÖDEME VADESİ MAL TESLİMİNE MÜTEAKİP 540. GÜNDÜR
- NOT:ÜRÜNLERİN TESLİM SÜRESİ PROFORMADA İŞGÜNÜ OLARAK BELİRTİLECEKTİR.TESLİM SÜRESİ BELİRTİLMEDİĞİNDE 15 İŞ GÜNÜ TESLİM SÜRESİ OLARAK ESAS ALINACAKTIR.HEMEN,DERHAL GİBİ İFADELER 5 (BEŞ)İŞ GÜNÜ OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.İTHAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ FİRMA TEKLİFİNDE TESLİM SÜRESİNİ BELİRTMEK ZORUNDADIR.SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN BELİRTİLEN SÜREDE TESLİM EDİLMEYEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SİPARİŞ TEKRAR YAZIŞMA YAPMADAN İPTAL EDİLMİŞ SAYILIR.

**Adres:** Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doğu Kampüsü Çünür 32260 - ISPARTA  
**Doğrudan Temin Tel:** 0246 211 28 37 - 211 28 39 **Email :** sdudogradantemin@gmail.com  
**Hasta Bazlı Tel:** 0246 211 28 85 **Email :** sdu22f@outlook.com  
**İhale Tel:** 0246 211 28 35 **Fax:** 0246 211 28 23

## URM130

### Plazma Kesici loop

1. 12 veya 30 derece teleskop ile kullanıma uygun olmalıdır,
2. HF enerji verildiğinde plazma yüzeyi (koronass) oluşturacak özellikte olmalıdır,
3. Kesici telin kalınlığı en fazla 0.35 wire olmalıdır,
4. Loop plazma çalışma elemanı ile kullanıma uygun olmalıdır.
5. İzotonik NaCL içerisinde çalışabilmelidir.
6. Ucunda nem aktif hem de geri dönüş elektrodu görevi yapan tek uçlu elektrot bulunmalıdır.
7. Loop çit kutuplu ve çift girişli olmamalıdır.
8. Hastanemizde kullanılmakta olan WA22366A kodlu plazma çalışma elemanı, A22040A iç kılıf, A22026A kodlu dış kılıf, ESG-400 model Elektro cerrahi Yüksek Frekans Enerji Platformu İte kullanıma uygun olmalıdır.
9. Teklif veren firmalar, lopların hastanemizde mevcut bulunan sistemle kullanımı hakkında üretici/distribütör firmasından uyumluluk belgesi vermek zorundadır.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi  
Serpil KÖK  
Ameliyathane ve Sterilizasyon  
Sorumlu Hemşiresi  
Sınıflama No: 2092

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi  
Prof.Dr. A. Sedat SOYUPEK  
Dip. No: 90266  
Uroloji A.D.