

T.C.  
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  
TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No: 35224 : 24264

Talep Eden Birim: GÖZ HASTALIKLARI SERVİSİ

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler 4734 Kamu İhale Kanunu'nun 22 maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemeler için tekliflerinizi son teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar Satın Alma Birimimize vermenizi rica ederim.

Son Teslim Tarih & Saat : 13.02.2019 17:00

ABDURRAHMAN GÖKALIOĞLU  
SATINALMA GÖREVLİSİ  
nanelimonisparta@gmail.com

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı	Sut Kodu
1	HİDROFOBİK AKRİLİK LENS (3 PARÇALI)	60,0	ADET			GZ1018

Yukarıda belirtilen malzemeleri karşılarında belirtilen fiyatlardan verebileceğimi taahhüt ederim.

İMZA - KAŞE

- 1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK,KDV ORANI BELİRTİLECEKTİR.
  - 2-)TEKLİLER SON TESLİM TARİH VE SAATİNE KADAR İMZALI VE KAŞELİ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ,FAKS İLEDE GÖNDERİLEBİLİR.
  - 3-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA VEYA MODELİ UBB KODU İSTEKLİNİN BAYİ İSE BAYİ KODU ANA FİRMA İSE FİRMA KODU VE TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEME MEKTUPLARINDA BELİRTİLECEKTİR.
  - 4-)İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ İLACA ,MALZEMEYE İLİŞKİN OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI VE ONAYLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE İLE BARKOT NUMARALARINI TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULMASI ZORUNLUDUR.
  - KİSMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.
  - 5-)MAL/HİZMET ALIMI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GİDERLER(NAKLİYE,SİGORTA VB.)FİRMAYA AİTTİR.
  - 6-)ÖDEME VADESİ MAL TESLİMİNE MÜTEAKİP 540. GÜNDÜR
- NOT:ÜRÜNLERİN TESLİM SÜRESİ PROFORMADA İŞGÜNÜ OLARAK BELİRTİLECEKTİR.TESLİM SÜRESİ BELİRTİLMEDİĞİNDE 15 İŞ GÜNÜ TESLİM SÜRESİ OLARAK ESAS ALINACAKTIR.HEMEN,DERHAL GİBİ İFADELER 5 (BEŞ)İŞ GÜNÜ OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.İTHAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ FİRMA TEKLİFİNDE TESLİM SÜRESİNİ BELİRTMEK ZORUNDADIR.SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN BELİRTİLEN SÜREDE TESLİM EDİLMEYEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SİPARİŞ TEKRAR YAZIŞMA YAPMADAN İPTAL EDİLMİŞ SAYILIR.

**Adres:** Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doğu Kampüsü Çünür 32260 - ISPARTA

**Doğrudan Temin Tel:** 0246 211 28 37 - 211 28 39 **Email :** sdudogrudantemin@gmail.com

**Hasta Bazlı Tel:** 0246 211 28 85

**Email :** sdu22f@outlook.com

**İhale Tel:** 0246 211 28 35

**Fax:** 0246 211 28 23

### 3 PARÇALI KATLANABİLİR HİDROFOBİK GÖZ İÇİ LENSİ

1. Mavi renkli PMMA haptiklere sahip olmalı ve haptikler yapıştırma olmamalıdır.
2. Lensler su içeriği %3' ten fazla olmamalıdır.
3. Akrilat metakrilat optiğe sahip olmalıdır.
4. Hidrofobik yapıda optiğe sahip olmalı kaplama olmamalıdır. (Sıvı ile doldurulmuş flakonlar içinde olmamalıdır.)
5. Refraktif indeksi 1.47 veya 1.55 olmalıdır.
6. Total lens uzunluğu 13.0 mm olmalıdır.
7. UV koruyucu olmalıdır.
8. 6.00 mm optik çapında olmalıdır.
9. Optik haptik düzlemi arasında 5-10 derecelik açıya sahip olmalıdır.
10. Haptikler modifiye C olmalıdır.
11. Ön kamara derinliği 5.20 veya 5.50 mm olmalıdır.
12. A sabiti 118.4 veya 119.1 olmalıdır.
13. Unfolder ve kartuş sistemi hasta güvenliği açısından teklif edilen lens ile aynı marka olmak zorundadır.
14. Her lens ile bir adet unfolder ve kartuş verilmelidir.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi  
Yrd.Doç.Dr. Gulsah USTA  
Dip. Tes. No: 124784  
Göz Hastalıkları A.D.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi  
Doç. Dr. Levent TOK  
Dip. Tes. No: 62527  
Göz Hastalıkları A.D.