

T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No: 36999 : 25381

Talep Eden Birim: ANJYOGRAFI SERVİSİ

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler 4734 Kamu İhale Kanunu'nun 22 maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemeler için tekliflerinizi son teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar Satın Alma Birimize vermenizi rica ederim.

Son Teslim Tarih & Saat : 20.05.2019 11:00

KEZİBAN ÖZTÜRK
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı	Sut Kodu
1	KORONER KALP KATATERİ, DIAGNOSTİK,JUDKINS TÜRÜM ÇEŞİTLERİ	500,0	ADET			GR1001

Yukarıda belirtilen malzemeleri karşılığında belirtilen fiyatlardan verebileceğimi taahhüt ederim.

İMZA - KAŞE

1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK,KDV ORANI BELİRTİLECEKTİR.

2-)TEKLİLER SON TESLİM TARİH VE SAATİNE KADAR İMZALI VE KAŞELİ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ,FAKS İLEDE GÖNDERİLEBİLİR.

3-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA VEYA MODELİ UBB KODU İSTEKLİNİN BAYİ İSE BAYİ KODU ANA FIRMA İSE FIRMA KODU VE TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEME MEKTUPLARINDA BELİRTİLECEKTİR.

4-)İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ İLACA ,MALZEMEYE İLİŞKİN OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI VE ONAYLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE İLE BARKOT NUMARALARINI TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULMASI ZORUNLUDUR.
KİSMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.

5-)MAL/HİZMET ALIMI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GİDERLER(NAKLİYE,SİGORTA VB.)FİRMAYA AİTTİR.

6-)ÖDEME VADESİ MAL TESLİMİNE MÜTEAKİP 540. GÜNDÜR

NOT:ÜRÜNLERİN TESLİM SÜRESİ PROFORMADA İŞGÜNÜ OLARAK BELİRTİLECEKTİR.TESLİM SÜRESİ BELİRTİLMEDİĞİNDE 15 İŞ GÜNÜ TESLİM SÜRESİ OLARAK ESAS ALINACAKTIR.HEMEN,DERHAL GİBİ İFADELER 5 (BEŞ)İŞ GÜNÜ OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.İTHAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ FIRMA TEKLİFİNDE TESLİM SÜRESİNİ BELİRTMEK ZORUNDADIR.SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN BELİRTİLEN SÜREDE TESLİM EDİLMEYEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SİPARİŞ TEKRAR YAZIŞMA YAPMADAN İPTAL EDİLMİŞ SAYILIR.

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doğu Kampüsü Çünür 32260 - ISPARTA

Doğrudan Temin Tel: 0246 211 28 37 - 211 28 39 **Email :** sdudogradantemin@gmail.com

Hasta Bazlı Tel: 0246 211 28 85 **Email :** sdu22f@outlook.com

İhale Tel: 0246 211 28 35 **Fax:** 0246 211 28 23

KAM610

Diyagnostik Kateter

1. Torque özelliği yüksel olmalıdır. Kateter, proksimal uçtan verilen torque distale birebir iletilebilmelidir.
2. Trackability özelliği (tortüyo damarlarda kateterin ilerleyebilme kabiliyeti) yüksek olmalıdır.
3. Vücut ısısında invitro özelliklerini en iyi korumalıdır.
4. 0.038 guide wire ile çalışmayı mümkün kılacak geniş iç lümen çapına sahip olmalıdır.
5. Duvar çapı/lümen çapı oranı düşük ancak kateter duvar direnci yüksek olmalıdır.
6. Manipülasyonlar sırasında oluşabilecek kırılmaya karşı dirençli olmalıdır.
7. Kateter ucu radyoopasitesi yüksek olmalı ve skopide iyi görüntü vermelidir.
8. Kateter ucu damar zedelenmesini azaltıcı özellikte (brite tip) olmalı, soft anti travmatik olmalıdır.
9. Kateterin proksimal ucunda French ölçüsü, ve maksimum enjeksiyon basıncı yazılı olmalıdır.
10. Trombojeniteyi azaltan özel pürüzsüz iç yüzeye sahip olmalıdır.
11. Kateterin basınç limiti 1200 psi olmalıdır.
12. Kateter gövdesi ince paslanmaz çelik teller ile örülmüş olmalıdır.
13. Kateter DUCOR polyurethan/Nylon malzemeden yapılmış olmalıdır.
14. Tortiyo vasküler yapılardan geçiş esnasında ve sonrasında, yapısının bozulmaya dirençli olması.
15. Firma kateterlerin tüm çeşitlerini teslim edebilecek seçeneğe sahip olmalıdır.
16. Sipariş aşamasında teslim edilecek kateter çeşit, boyut ve adetleri Anabilim Dalınca belirlenerek sipariş cetvelinde belirtilecektir. Teslimat, verilen sipariş cetvelindeki çeşit ve miktarlarda yapılmalıdır.

SÜ Araştırma ve Uygulama Hastaneleri
Dr. Öğr. Üyesi Fatih AKSOY
Dip. Tes. No: 147255
Kardiyoloji Uzmanı

SÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Dr. Öğr. Üyesi Bayram Ali Uysal
Dip. Tes. No: 130375
Kardiyoloji A.D.