

T.C.  
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  
TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No: 36742 : 25389

Talep Eden Birim: PATOLOJİ

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler 4734 Kamu İhale Kanunu'nun 22 maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemeler için tekliflerinizi son teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar Satın Alma Birimize vermenizi rica ederim.

Son Teslim Tarih & Saat : 21.05.2019 11:00

İSMAIL GÜZEL  
SATINALMA GÖREVLİSİ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı	Sut Kodu
1	ENTELLAN LAM KAPAMA MADDESİ	12,0	LITRE			
2	MAYER HEMATOKSİLEN SOLÜSYONU	30,0	LITRE			
3	TRIPPLE BOYA SETİ	500,0	TEST			

Yukarıda belirtilen malzemeleri karşılarında belirtilen fiyatlardan verebileceğimi taahhüt ederim.

**İMZA - KAŞE**

1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK,KDV ORANI BELİRTİLECEKTİR.

2-)TEKLİLER SON TESLİM TARİH VE SAATİNE KADAR İMZALI VE KAŞELİ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ,FAKS İLEDE GÖNDERİLEBİLİR.

3-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA VEYA MODELİ UBB KODU İSTEKLİNİN BAYİ İSE BAYİ KODU ANA FIRMA İSE FIRMA KODU VE TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEME MEKTUPLARINDA BELİRTİLECEKTİR.

4-)İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ İLACA ,MALZEMEYE İLİŞKİN OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI VE ONAYLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE İLE BARKOT NUMARALARINI TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULMASI ZORUNLUDUR.

KİSMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.

5-)MAL/HİZMET ALIM İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GİDERLER(NAKLİYE,SİGORTA VB.)FİRMAYA AİTTİR.

6-)ÖDEME VADESİ MAL TESLİMİNE MÜTEAKİP 540. GÜNDÜR

NOT:ÜRÜNLERİN TESLİM SÜRESİ PROFORMADA İŞGÜNÜ OLARAK BELİRTİLECEKTİR.TESLİM SÜRESİ BELİRTİLMEDİĞİNDE 15 İŞ GÜNÜ TESLİM SÜRESİ OLARAK ESAS ALINACAKTIR.HEMEN,DERHAL GİBİ İFADELER 5 (BEŞ)İŞ GÜNÜ OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.İTHAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ FIRMA TEKLİFİNDE TESLİM SÜRESİNİ BELİRTMEK ZORUNDADIR.SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN BELİRTİLEN SÜREDE TESLİM EDİLMEYEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SİPARİŞ TEKRAR YAZIŞMA YAPMADAN İPTAL EDİLMİŞ SAYILIR.

**Adres:** Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doğu Kampüsü Çünür 32260 - ISPARTA

**Doğrudan Temin Tel:** 0246 211 28 37 - 211 28 39 **Email :** sdudogrudantemin@gmail.com

**Hasta Bazlı Tel:** 0246 211 28 85

**Email :** sdu22f@outlook.com

**İhale Tel:** 0246 211 28 35

**Fax:** 0246 211 28 23

### Entellan Lam Kapama Maddesi

1. Ksilen uyumlu olmalıdır
2. 500 ml'lik orijinal ambalajında olmalıdır
3. Kısa sürede donma özelliğine sahip olmalıdır
4. Leica CV5030 lam kapama cihazında kullanılabilir özellikte olmalıdır
5. Laboratuvarımızda denenerek uygunluk testi alınacaktır

### Mayer Hematoksilen Solüsyonu

1. Malzeme sıvı formda kullanıma hazır olmalıdır.
2. Malzeme Histolojik boyama için üretilmiş ve Mayer Hematoksilen olmalıdır.
3. Malzeme ile 4 mikrometre kalınlığındaki kesitler 90 saniyeden daha az bir zamanda ve nükleus detayları net görülebilir nitelikte boyanmalıdır.
4. Malzeme tortu içermemeli ve ışığı geçirmeyen, bir litrelik ambalajda verilmelidir.
5. Malzeme oda sıcaklığında muhafaza edilebilmelidir.
6. Malzemenin son kullanma tarihi, teslim ediliş tarihinden en az bir yıl sonra dolmalıdır.
7. Söz konusu ürünün üretici firmasının ISO 9000 serisi belgelerinden ilgili olanına sahip olması gerekmektedir.
8. Gönderilen ve laboratuvarında denenmiş numunenin yerine getirdiği özelliklerin teslim edilen ürünün tamamında gözlenmesi gerekmektedir. Bu durum, teslimat aşamasında gerekli görülürse yeniden test ettirilecek ve sonucun uygun olmaması halinde zarar firma tarafından karşılanacaktır.

### Tripple Boya Seti

1. Patoloji Laboratuvarında parafin dokularda ve sitolojik preparatlarda kullanıma uygun olmalıdır.
2. Kitler en az 100 testlik ambalajda olmalıdır.
3. Testler laboratuvarımızda denenerek uygunluk testi alınacaktır.

  
İDU Araştırma ve Uygulama Hastaneleri  
**Doç. İ. Metin ÇİĞİR**  
Dip. Tes. No: 54466  
Patoloji A.D.

İDU Araştırma ve Uygulama Hastanesi  
**Doç. Dr. Nermi KIRAHAN**  
Dip. Tes. No: 55246  
Patoloji A.D.  
