

T.C.  
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ  
DONER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  
TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No: 45963 : 32608

Talep Eden Birim: ANESTEZİ AMELİYATHANE

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler 4734 Kamu İhale Kanunu'nun 22 maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemeler için tekliflerinizi son teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar Satın Alma Birimize vermenizi rica ederim.

Son Teslim Tarih & Saat : 23.11.2020 11:00

MEHMET KAYA  
SATINALMA GÖREVLİSİ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı	Sut Kodu
1	AIRWAY ORAL (AIRWAY ERİŞKİN NO:5) (KIRMIZI )	500,0	ADET			OR2650
2	TAM YÜZ MASKELELERİ (ANESTEZİ MASKESİ NO:4)	600,0	ADET			
3	İĞNE SPİNAL QUINCKE UÇLU NO:22 KESKİN (SİYAH)	150,0	ADET			OR2210
4	İĞNE SPİNAL QUINCKE UÇLU NO:25 KESKİN (TURUNCU)	500,0	ADET			OR2210

Yukarıda belirtilen malzemeleri karşılarında belirtilen fiyatlardan verebileceğimi taahhüt ederim.

İMZA - KAŞE

1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK,KDV ORANI BELİRTİLECEKTİR.

2-)TEKLİLER SON TESLİM TARİH VE SAATİNE KADAR İMZALI VE KAŞELİ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ,FAKS İLEDE GÖNDERİLEBİLİR.

3-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA VEYA MODELİ UBB KODU İSTEKLİNİN BAYİ İSE BAYİ KODU ANA FIRMA İSE FIRMA KODU VE TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEME MEKTUPLARINDA BELİRTİLECEKTİR.

4-)İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ İLACA ,MALZEMEYE İLİŞKİN OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI VE ONAYLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE İLE BARKOT NUMARALARINI TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULMASI ZORUNLUDUR.  
KİSMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.

5-)MAL/HİZMET ALIMI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GİDERLER(NAKLIYE,SİGORTA VB.)FIRMAYA AİTTİR.

6-)ÖDEME VADESİ MAL TESLİMİNE MÜTEAKİP 360. GÜNDÜR

NOT:ÜRÜNLERİN TESLİM SÜRESİ PROFORMADA İŞGÜNÜ OLARAK BELİRTİLECEKTİR.TESLİM SÜRESİ BELİRTİLMEDİĞİNDE 15 İŞ GÜNÜ TESLİM SÜRESİ OLARAK ESAS ALINACAKTIR.HEMEN,DERHAL GİBİ İFADELER 5 (BEŞ)İŞ GÜNÜ OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.İTHAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ FIRMA TEKLİFİNDE TESLİM SÜRESİNİ BELİRTMEK ZORUNDADIR.SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN BELİRTİLEN SÜREDE TESLİM EDİLMEYEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SİPARİŞ TEKRAR YAZIŞMA YAPMADAN İPTAL EDİLMİŞ SAYILIR.

**Adres:** Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doğu Kampüsü Çünür 32260 - ISPARTA

**Doğrudan Temin Tel:** 0246 211 28 37 - 211 28 39 **Email :** sdudogrudentemin@gmail.com

**Hasta Bazlı Tel:** 0246 211 28 85

**Email :** sdu22f@outlook.com

**İhale Tel:** 0246 211 28 35

**Fax:** 0246 211 28 23

## AYB005

### Airway

1. Anatomik kıvrımlı yapıya sahip disposable olmalıdır.
2. Travma oluşturmeyen yuvarlatılmış, yumuşak kenarlara sahip olmalıdır.
3. Aspirasyon kateter geçişine uygun ısırma bloğu olmalıdır.
4. Dişleri hasardan koruyan esnek yapıya sahip olmalıdır.
5. Steril poşetler içinde olmalıdır.
6. İstenilen renk kodlarında ve numaralarda seçenekleri olmalıdır.

100 Araştırma ve Uygulama Hastanesi  
Levent ÇİFTÇİ  
T.C. Kimlik No: 05147

100 Araştırma ve Uygulama Hastanesi  
T.C. Kimlik No: 39012-42898  
Dr. D. Sakiz KIRDENİR  
Anestezi ve Reanimasyon A.D.

## AYB047-AYB049

### Spinal İğne

1. BOS'un kısa sürede akışını sağlayan, ponksiyon travmasını minimale indiren, atravmatik (quincke) bileyli olmalıdır.
2. Kanülün emniyetle ilerletilmesini sağlayan, doku geçişlerinin hissedilmesine olanak sağlayan rahat kavrama aparatı bulunmalıdır.
3. Ponksiyon kontrolü için şeffaf kilit bağlantılı olmalıdır.
4. Renk kodlu mandrenli olmalı ve mandren kanüle tam oturmalıdır, mandren spinal iğne içerisinde gevşek oturmamalıdır.
5. Mandren ve spinal iğnenin içi yüzü pürüzsüz olmalı, metal partikülleri oluşturabilecek metal sürtünmesi yaratmamalıdır
6. Kanülün koruyucu kapağı spinal iğne üzerinde tam oturmalıdır.
7. Değişik çap ve uzunluk seçenekleri olmalıdır:(22G-25G-27G-29G)
8. Kullanım kılavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden en az birinde yazılı olmalıdır. Ayrıca ambalaj üzerinde ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
9. Spinal iğne doku içerisinde ilerleme ve yönlendirmeye izin verecek sertlikte olmalıdır.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi  
Levent ÇİFTÇİ  
Sicil No: 05147

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi  
Prof. Dr. Mustafa İRDEMİR  
Diy. Res. No: 3/012-42398  
Anestezi ve Reanimasyon A.O

AYB079

## Anestezi Maskesi

1. Maskeler disposable olmalıdır.
2. Maske şeffaf olmalı ve partiküller olmamalı, partiküllü görüntü oluşturmamalıdır.
3. Maskeler hava yastıklı olmalı ve yüze rahat oturmalıdır.
4. Hava yastığına hava eklemek için sübap mekanizması olmalıdır.
5. Maske kötü kokmamalı, rahatsız etmeyen bir kokuya sahip olmalıdır.

SÖĞÜT ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ  
Levent ÇİFTÇİ  
Sırt No: 05147

U. Araştırma ve Uygulama Hastanesi  
Prof. Dr. Pakize KURBAN  
Tıp. Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D.  
Anestezi