

T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No: 45985 : 32609

Talep Eden Birim: ÜROLOJİ SERVİSİ

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler 4734 Kamu İhale Kanunu'nun 22 maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemeler için tekliflerinizi son teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar Satın Alma Birimize vermenizi rica ederim.

Son Teslim Tarih & Saat : 23.11.2020 11:00

MEHMET KAYA
SATINALMA GÖREVLİSİ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı	Sut Kodu
1	FOLEY İDRAR SONDASI ÜÇ YOLLU 20 F	300,0	ADET			OR1220

Yukarıda belirtilen malzemeleri karşılığında belirtilen fiyatlardan verebileceğimi taahhüt ederim.

İMZA - KAŞE

1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK,KDV ORANI BELİRTİLECEKTİR.

2-)TEKLİLER SON TESLİM TARİH VE SAATİNE KADAR İMZALI VE KAŞELİ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ,FAKS İLEDE GÖNDERİLEBİLİR.

3-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA VEYA MODELİ UBB KODU İSTEKLİNİN BAYİ İSE BAYİ KODU ANA FIRMA İSE FIRMA KODU VE TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEME MEKTUPLARINDA BELİRTİLECEKTİR.

4-)İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ İLACA ,MALZEMEYE İLİŞKİN OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI VE ONAYLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE İLE BARKOT NUMARALARINI TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULMASI ZORUNLUDUR.

KİSMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.

5-)MAL/HİZMET ALIM İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GİDERLER(NAKLİYE,SİGORTA VB.)FİRMAYA AİTTİR.

6-)ÖDEME VADESİ MAL TESLİMİNE MÜTEAKİP 360. GÜNDÜR

NOT:ÜRÜNLERİN TESLİM SÜRESİ PROFORMADA İŞGÜNÜ OLARAK BELİRTİLECEKTİR.TESLİM SÜRESİ BELİRTİLMEDİĞİNDE 15 İŞ GÜNÜ TESLİM SÜRESİ OLARAK ESAS ALINACAKTIR.HEMEN,DERHAL GİBİ İFADELER 5 (BEŞ)İŞ GÜNÜ OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.İTHAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ FİRMA TEKLİFİNDE TESLİM SÜRESİNİ BELİRTMEK ZORUNDADIR.SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN BELİRTİLEN SÜREDE TESLİM EDİLMEYEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SİPARİŞ TEKRAR YAZIŞMA YAPMADAN İPTAL EDİLMİŞ SAYILIR.

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doğu Kampüsü Çünür 32260 - ISPARTA

Doğrudan Temin Tel: 0246 211 28 37 - 211 28 39 **Email :** sdudogradantemin@gmail.com

Hasta Bazlı Tel: 0246 211 28 85

Email : sdu22f@outlook.com

İhale Tel: 0246 211 28 35

Fax: 0246 211 28 23

SON115

Foley İdrar Sondası

1. Sonda uzun süreli kullanımlarda sertleşmemesi ve tahriş olmayı engellemesi için tamamıyla silikon kaplı doğal lateksten yapılmış olmalı ve dokuda travma oluşturmamalıdır.
2. Sonda talep durumuna göre 2 yollu 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 FR olarak, 3 yollu 18, 20, 22, 24 FR boyutlarında olmalıdır .
3. Son ucu 2 delikli olmalıdır.
4. Sondanın uzunluğu 42 ± 3 cm olmalıdır.
5. Yuvarlatılmış kapalı distal ucu olmalı ve travma oluşturmayacak yumuşaklıkta olmalıdır.
6. Balonun üst sınırı ile sonda alt deliği arasındaki mesafe kısa olmalı, büyük numaralı sondalarda $1 \text{ cm} \pm 2 \text{ mm}$ aralık olmalı, balon şişirildiğinde mesane boynuna tam oturmalı, mesanede asılı kalmamalıdır.
7. Kateterde sızma, delinme ve kaçak olmamalıdır.
8. 10 Fr'e kadar küçük sondalar mandrenli olmalıdır, mandreni olan küçük numaralı sondalar yumuşak olmalıdır.
9. Büyük numaralı sondalar erkek üretrasına kolayca takılabilecek sertlikte olmalı fakat bu sertlik dokuda travma oluşturacak kadar fazla olmamalıdır.
10. Balon kolay şişirilmeli, şişirme esnasında veya sonrasında patlamamalı. sonra çıkarılırken balondaki su kolay ve tamamen boşaltılabilmelidir.
11. Balon şişirildiğinde sonda balonun tam ortasında kalmalı, balon simetrik olarak şişip, tek tarafa doğru şişmemelidir.
12. Balon kapasitesi sonda büyüklüğüne göre 3-50 cc olmalı, 18-24 Fr arası 50 cc'ye kadar şişebilmelidir.
13. Balon şişirme işlemi sırasında enjektörle sıvı ileri doğru verilirken kolayca şişmeli, ekstra bir güç gerektirmemelidir.
14. Balon şişirme kanalının ucunda luer-lock mekanizmalı valf bulunmalıdır.
15. Balon şişirildikten sonra valf sondada sabit kalmalı, içine gömülmemeli, ayrılmamalı ya da valfi enjektöre takılıp geri çıkmamalı, şişirme esnasında valf zorluk çıkarmamalı, rahat kullanılabilirmeli, işlemi zorlaştırmamalı.
16. Sonda valfinde balonu şişirme esnasında veya sonrasında kaçak olmamalıdır.
17. İdrar sondasının torbayla bağlantı kısmı ürometreye rahat takılabilmelidir.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Veli OKYAY
Sicil No: 09349
Sağlık Teknisyeni

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Prof. Dr. Taylan OKSAY
Dip. Tez. No: 103063
Uroloji A.D.

18. Sondanın hem dış hem de iç paketi steril tekniđi bozmadan kolay açılabilir nitelikte olmalı, iç paketinin her iki tarafında, en kısmında çekince kolayca kopacak şekilde Sondalar steril olmalı, tekli çift kat paketlenmiş olmalıdır.
19. Sonda paketi üzerinde sondaya ait marka, numara, çap, balon kapasitesi, CE uygunluđu, vb. bilgiler bulunmalıdır.
20. Garanti süresi depo tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalıdır. Paket üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Veli OKYAY
Sicil No: 09349
Sađlık Teknisyeni

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Prof. Dr. Zeylan OKSAY
Dip. Ves. No: 103063
Üroloji A.D.