

T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No: 46032 : 32616

Talep Eden Birim: BEYİN CERRAHI SERVİSİ

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler 4734 Kamu İhale Kanunu'nun 22 maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemeler için tekliflerinizi son teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar Satın Alma Birimize vermenizi rica ederim.

Son Teslim Tarih & Saat : 24.11.2020 11:00

AYLIN KÜNAR
SATINALMA GÖREVLİSİ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı	Sut Kodu
1	LOMBER DRENAJ SETİ	5,0	ADET			OR4360
2	KAN DURUDURUCU (SPONGOSTAN VE BENZERİ) STANDART 8CM X 5CM X 1CM	300,0	ADET			OR4410

Yukarıda belirtilen malzemeleri karşılığında belirtilen fiyatlardan verebileceğimi taahhüt ederim.

İMZA - KAŞE

1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK,KDV ORANI BELİRTİLECEKTİR.

2-)TEKLİLER SON TESLİM TARİH VE SAATİNE KADAR İMZALI VE KAŞELİ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ,FAKS İLEDE GÖNDERİLEBİLİR.

3-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA VEYA MODELİ UBB KODU İSTEKLİNİN BAYİ İSE BAYİ KODU ANA FİRMA İSE FİRMA KODU VE TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEME MEKTUPLARINDA BELİRTİLECEKTİR.

4-)İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ İLACA ,MALZEMEYE İLİŞKİN OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI VE ONAYLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE İLE BARKOT NUMARALARINI TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULMASI ZORUNLUDUR.

KİSMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.

5-)MAL/HİZMET ALIMI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GİDERLER(NAKLİYE,SİGORTA VB.)FİRMAYA AİTTİR.

6-)ÖDEME VADESİ MAL TESLİMİNE MÜTEAKİP 360. GÜNDÜR

NOT:ÜRÜNLERİN TESLİM SÜRESİ PROFORMADA İŞGÜNÜ OLARAK BELİRTİLECEKTİR.TESLİM SÜRESİ BELİRTİLMEDİĞİNDE 15 İŞ GÜNÜ TESLİM SÜRESİ OLARAK ESAS ALINACAKTIR.HEMEN,DERHAL GİBİ İFADELER

5 (BEŞ)İŞ GÜNÜ OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.İTHAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ FİRMA TEKLİFİNDE TESLİM SÜRESİNİ BELİRTMEK ZORUNDADIR.SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN BELİRTİLEN SÜREDE TESLİM EDİLMEYEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SİPARİŞ TEKRAR YAZIŞMA YAPMADAN İPTAL EDİLMİŞ SAYILIR.

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doğu Kampüsü Çünür 32260 - ISPARTA

Doğrudan Temin Tel: 0246 211 28 37 - 211 28 39 **Email :** sdudogradantemin@gmail.com

Hasta Bazlı Tel: 0246 211 28 85

Email : sdu22f@outlook.com

İhale Tel: 0246 211 28 35

Fax: 0246 211 28 23

BYC027

Eksternal Lomber Drenaj Seti

1. Teklif edilen setler lomber subaraknoid aralıktan sürekli ve kontrollü beyin-omurilik sıvısı (BOS) boşaltımı amaçlı üretilmiş olmalıdır.
2. Teklif edilen settler, çift katlı steril ambalajda sunulmalıdır.
3. Teklif edilen set içeriğinde, lomber subaraknoid aralığa giriş (ponksiyon) için 14G çaplı Tuohy iğnesi, kılavuz teli, lomber drenaj kateteri, bağlantı hortum sistemi, ölçek kabı ve son depolama torbası bulunmalıdır.
4. Teklif edilen sistemin drenaj kateteri silikondan yapılmış olmalıdır.
5. Teklif edilen sistemin lomber drenaj kateteri üzerinde, 1 cm. aralıklı radyoopak uzunluk işaretleri bulunmalıdır.
6. Teklif edilen sistem bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme incelemelerinde görüntü kirliliği (artefakt) yapmamalıdır.
7. Teklif edilen sistem, BOS akım hızının kullanıcı tarafından değiştirilebileceği bir mekanizma içermelidir (damlalık vb.).
8. Teklif edilen sistem ambalajında üretim tarihi ve son kullanma tarihi olmalıdır.
9. Teklif edilen sistemin sahip olduğu, ulusal ve/veya uluslararası kalite belgesi sunulmalıdır.

SÖD Araştırma ve Uygulama Hastanesi
ORTA KÖK
Ameliyathane ve Sterilizasyon
Soruşturma Hizmetleri
SÖD Sicil No: 2092

SÖD Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Prof. Dr. H. İsmail GÖRSEL
SÖD Sicil No: 2092/39127
Etiler, Beşiktaş, İstanbul, T.C.

CHM007

Spongostan Standart

1. Spongostan en az % 95 jelatin içermelidir.
2. Kıvrılabilir, eldivenlere ve cerrahi aletlere yapışmayacak özellikte olmalıdır.
3. Mukoza ve deride 3-4 günde eriyebilir özellikte olmalıdır.
4. Ürünler tek steril paketlerde olmalıdır.
5. Yabancı cisim reaksiyonu oluşturmamalıdır.
6. Beyaz renkte olmalıdır.
7. Ambalajı kolay açılabilir olmalı, açılma sırasında malzemenin sterilizasyonu bozulmamalıdır.
8. Malzeme yumuşak olmalıdır.

SÖD Aşırı ve Hıg. Laga Hastekü
SÖD Aşırı ve Hıg. Laga Hastekü
Ameliyathane ve Sterilizasyon
SÖD Sicil No: 2052

SÖD Aşırı ve Hıg. Laga Hastekü
SÖD Aşırı ve Hıg. Laga Hastekü
Ameliyathane ve Sterilizasyon
SÖD Sicil No: 2052