

T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No: 46033 : 32638

Talep Eden Birim: BEYİN CERRAHI SERVİSİ

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler 4734 Kamu İhale Kanunu'nun 22 maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemeler için tekliflerinizi son teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar Satın Alma Birimimize vermenizi rica ederim.

Son Teslim Tarih & Saat : 23.11.2020 11:00

MUSTAFA KÖPRÜLÜ
SATINALMA GÖREVLİSİ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı	Sut Kodu
1	EMİLEBİLEN SELÜLOZ KANAMA DURDURUCU, FİBRİLLER YAPIDA KANAMA DURDURUCU SURGİCEL FİBRİLLAR 5X10 CM REGULAR	75,0	ADET			OR4460

Yukarıda belirtilen malzemeleri karşılığında belirtilen fiyatlardan verebileceğimi taahhüt ederim.

İMZA - KAŞE

1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK, KDV ORANI BELİRTİLECEKTİR.

2-)TEKLİLER SON TESLİM TARİH VE SAATİNE KADAR İMZALI VE KAŞELİ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ, FAKS İLEDE GÖNDERİLEBİLİR.

3-)TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA VEYA MODELİ UBB KODU İSTEKLİNİN BAYİ İSE BAYİ KODU ANA FİRMA İSE FİRMA KODU VE TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEME MEKTUPLARINDA BELİRTİLECEKTİR.

4-)İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ İLACA, MALZEMEYE İLİŞKİN OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI VE ONAYLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE İLE BARKOT NUMARALARINI TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULMASI ZORUNLUDUR. KİSMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.

5-)MAL/HİZMET ALIMI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GİDERLER (NAKLİYE, SİGORTA VB.) FİRMAYA AİTTİR.

6-)ÖDEME VADESİ MAL TESLİMİNE MÜTEAKİP 360. GÜNDÜR

NOT: ÜRÜNLERİN TESLİM SÜRESİ PROFORMADA İŞGÜNÜ OLARAK BELİRTİLECEKTİR. TESLİM SÜRESİ BELİRTİLMEDİĞİNDE 15 İŞ GÜNÜ TESLİM SÜRESİ OLARAK ESAS ALINACAKTIR. HEMEN, DERHAL GİBİ İFADELER 5 (BEŞ) İŞ GÜNÜ OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR. İTHAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ FİRMA TEKLİFİNDE TESLİM SÜRESİNİ BELİRTMEK ZORUNDADIR. SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN BELİRTİLEN SÜREDE TESLİM EDİLMEYEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SİPARİŞ TEKRAR YAZIŞMA YAPMADAN İPTAL EDİLMİŞ SAYILIR.

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doğu Kampüsü Çünür 32260 - ISPARTA

Doğrudan Temin Tel: 0246 211 28 37 - 211 28 39 **Email:** sdudogrudentemin@gmail.com

Hasta Bazlı Tel: 0246 211 28 85

Email: sdu22f@outlook.com

İhale Tel: 0246 211 28 35

Fax: 0246 211 28 23

AML282

Kanama Durdurucu Emilebilen Selülöz Malzeme, Fibriller Yapıda

1. Teklif edilen malzeme hammaddesi, okside edilmiş rejenere selüloz olmalıdır.
2. Malzeme yapısı ağımsı öbek (fibril kümesi) formunda ve en az yedi ayrı katmandan oluşmalıdır.
3. Kullanım kolaylığı açısından katmanlara ayrılabilir, tutam tutam çekilebilir ve düzgün olmayan yüzeylere uygulanabilir olmalıdır.
4. Ürünün uygulandığı alanda vazokonstrüksiyonu hızlandırarak, etkin hemostaz sağlamalıdır. Bu özelliğin in vivo veya in vitro test sonuçlarıyla desteklenmesi, tercih nedenidir.
5. Bakterisidal etkinliği, in-vivo ve in-vitro çalışmalarla gösterilmelidir. zeme, paketten çıkartıldığında sert olmamalıdır. Homojen dokuma yapısı sayesinde kolayca parçalanmamalı ve uygulama esnasında; sıvı (kan veya su) ile temas ettiğinde jelleşme, sertleşme özelliği göstermemelidir. Kitle baskısı oluşturmamalıdır.
6. Malzeme üstünden kanama odağı görülebilir ve koter ile müdahale yapılabilir olmalıdır.
7. Fındık tamponlar halinde ve sünger gibi rulo halinde katlanabilmelidir.
8. 7-14 gün içerisinde absorbe olmalıdır.
9. Gama ışını ile steril edilmiş olmalıdır.
10. Ürün, dokuların etrafında sarıldığında, daha iyi mekanik dayanım göstermeli ve ıslak operatif koşullar altında konumu değiştirildiğinde dahi, iyi uygulama özelliği sergilemelidir.
11. Malzemenin boyutları 2.5 cm x 5.2 cm, 10.2 cm x 5.2 cm, 10.2 cm x 10.2 cm olmalıdır.

Ambalajlama Ve Etiketleme

1. Ürünün raf ömrü en az 3 yıl ve (en az 20°C) oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.
2. Ürünler tek tek steril paketler halinde olmalıdır.
3. Birim Ambalaj: Ürünler çift ambalaj içerisinde, dış ambalajı soyulabilir nitelikte olmalı; ambalaj açıldıktan sonra masa üzerinde diğer malzemeler ile karışmaması için iç ambalaj üzerinde ürün ile ilgili ürün ismi, ölçü bilgisi, steril ibaresi ve hammadde bilgileri bulunmalıdır.
4. Ürün ambalajı herhangi bir alete gerek olmadan elle kolayca açılabilir nitelikte; iç ambalaj ürünün su, nem ve diğer dış etkenlerden korunmasını sağlayıcı özellikte olmalıdır.
5. Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmalıdır. Steril alanda ambalaj açıldığında partikül düşmemesi ve bilgilerin kaybolmaması ve ürün karışıklığına sebep olmamak için yapıştırılmış etiket kesinlikle bulunmamalıdır.

a) Ürün ticari ismi

- b) Hammadde bilgisi
- c) Ürün adedi
- d) Ürünün Ölçüleri
- e) Saklama koşulu ile ilgili işaretleme
- f) Ürün renk işaretlemesi
- g) Ürün katalog numarası
- h) Lot numarası
- i) Son kullanım tarihi
- j) Üretici firma adı ve adresi
- k) Steril yöntemi ve steril ibaresi
- l) Ürünün izlenebilirliği için ürün barkodunun (çizgi ve/veya Kare barkod) ambalaj üzerinde bulunması
- m) T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası /Ürün Takip Sistemi (TİTUBB/ÜTS) 'de kayıtlı, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve UBB barkod numaraları bulunmalıdır.

Özel Hükümler

İhaleye katılan firmaların ihale tarihine istinaden ihale evrakları ile birlikte bu kalem için ilgili dosyasında sunması gereken belgeler ve durumlar:

1. İthal ürünler için ithal belgesi ve üretici firma tarafından verilmiş distribütörlük veya bu distribütörce verilmiş yetkili bayilik belgesi olmalıdır.
2. Yerli ürünler için üretici firmaca verilmiş yetkili bayilik belgesi olmalıdır.
3. Ürün güvenilirliği, ameliyat sırasındaki performansı, kalitesi, parçalanmaması, kanama durdurma süresi, kan ile temasın da jelleşmemesi ve sertleşmemesi, cerrahi aletlere ve eldivenlere yapışmaması nitelikleri, tercih nedeni olacaktır.
4. İhaleye giren her firma teklif ettikleri malzemenin orijinal kataloglarını, Türkçe yazılmış prospektüslerini ihale zarfında bulundurmalıdır.
5. Firma hangi ürünü teklif ediyorsa teklif mektubunda markasını (üretici firmasını) belirtmek zorundadır aksi takdirde teklifi ihale dışı bırakılacaktır.
6. 1 adet numune getirilecek ve numuneler test edilecek ve kullanıma uygun olmayanlar ihale dışı tutulacaktır. (gerektiği takdirde ek numune talep edilebilir)