

T.C.  
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  
TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No: 45999 : 32641

Talep Eden Birim: AMELİYATHANE

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler 4734 Kamu İhale Kanunu'nun 22 maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemeler için tekliflerinizi son teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar Satın Alma Birimize vermenizi rica ederim.

**Son Teslim Tarih & Saat : 23.11.2020 11:00**

MUSTAFA KÖPRÜLÜ  
SATINALMA GÖREVLİSİ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı	Sut Kodu
1	CERRAHİ RADYOOPAK PEDİ (4X2 CM)	200,0	ADET			

Yukarıda belirtilen malzemeleri karşılarında belirtilen fiyatlardan verebileceğimi taahhüt ederim.

İMZA - KAŞE

1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK,KDV ORANI BELİRTİLECEKTİR.

2-)TEKLİLER SON TESLİM TARİH VE SAATİNE KADAR İMZALI VE KAŞELİ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ,FAKS İLEDE GÖNDERİLEBİLİR.

3-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA VEYA MODELİ UBB KODU İSTEKLİNİN BAYİ İSE BAYİ KODU ANA FİRMA İSE FİRMA KODU VE TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEME MEKTUPLARINDA BELİRTİLECEKTİR.

4-)İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ İLACA ,MALZEMEYE İLİŞKİN OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI VE ONAYLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE İLE BARKOT NUMARALARINI TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULMASI ZORUNLUDUR.  
KİSMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.

5-)MAL/HİZMET ALIMI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GİDERLER(NAKLIYE,SİGORTA VB.)FİRMAYA AİTTİR.

6-)ÖDEME VADESİ MAL TESLİMİNE MÜTEAKİP 360. GÜNDÜR

NOT:ÜRÜNLERİN TESLİM SÜRESİ PROFORMADA İŞGÜNÜ OLARAK BELİRTİLECEKTİR.TESLİM SÜRESİ BELİRTİLMEDİĞİNDE 15 İŞ GÜNÜ TESLİM SÜRESİ OLARAK ESAS ALINACAKTIR.HEMEN,DERHAL GİBİ İFADELER 5 (BEŞ)İŞ GÜNÜ OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.İTHAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ FİRMA TEKLİFİNDE TESLİM SÜRESİNİ BELİRTMEK ZORUNDADIR.SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN BELİRTİLEN SÜREDE TESLİM EDİLMEYEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SİPARİŞ TEKRAR YAZIŞMA YAPMADAN İPTAL EDİLMİŞ SAYILIR.

**Adres:** Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doğu Kampüsü Çünür 32260 - ISPARTA

**Doğrudan Temin Tel:** 0246 211 28 37 - 211 28 39 **Email :** sdudogradantemin@gmail.com

**Hasta Bazlı Tel:** 0246 211 28 85

**Email :** sdu22f@outlook.com

**İhale Tel:** 0246 211 28 35

**Fax:** 0246 211 28 23

**GNM468**

**Radyoopak Pedi**

1. Cerrahi pedinin gövde dokusu (kumaşı) nonwoven ( klasik dokuma usulünde olmayan) teknikle üretilmiş olmalıdır.
2. Cerrahi pedi kuruyken veya ıslakken dokunulduğunda parçalanma olmayacak, ipliklenmeyecek, yüzeyi tüylenmeyecek, liflenmeyecek ve pırtıklaşmayacak özellikte olmalıdır.
3. Pediler hipoallerjik doğal hemostatik yapıda olmalıdır.
4. Cerrahi pedi, koruyucu, emici ve yumuşak yapıda olmalı ve sıvı emebilmelidir.
5. Cerrahi pedi ıslak dokulara direkt koruma sağlayabilecek ve hemostazda olabilecek hafif basınçları da önleyebilecek özellikte esnek ve yumuşak olmalıdır.
6. Cerrahi pedinin "takip ipi", çekme veya asılmayla çözülmeyecek, dokuya zarar vermeyecek ve sertlik yapmayacak şekilde bir ilmek ile pediye bağlanmış olmalıdır.
7. Pedinin üzerinde röntgende görülebilmesini sağlayan (X -Ray Detectable) malzemeden oluşmuş şerit olmalıdır.
8. Özel sayım kartlarının üzerindeki çentikler, kullanıcının ne kadar pedi kullanıldığını anında takip edebilmesi için 1'den 10 'a kadar numaralandırılmış olacaktır.
9. Cerrahi pediler 10 ar adet olmak üzere bir yüzü şeffaf steril ambalaj poşeti içinde olmalıdır. Her bir poşet bir (1) adet olarak değerlendirilecektir.
10. Ürün gama ışını ile steril edilmiş olmalıdır.
11. 1x1 cm, 1x2 cm, 2x2 cm, 3X3 cm, 2x4 cm, 4x2 cm, 4x4 cm ve 5x5 cm boyutlarında olmalıdır.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi  
Ameliyathane ve St. Cerrahi  
Sorumlu Hemşireler  
Görevli No: 2052

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi  
Doç. Dr. Osman ERGÜN  
Dip. Tes. No: 107973  
Başhekim Yardımcısı