

T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No: 48581 : 34586

Talep Eden Birim: AYNİYAT

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler 4734 Kamu İhale Kanunu'nun 22 maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemeler için tekliflerinizi son teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar Satın Alma Birimimize vermenizi rica ederim.

Son Teslim Tarih & Saat : 05.05.2021 10:00

ÜMİT SARIKAYA
SATIN ALMA GÖREVLİSİ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı	Sut Kodu
1	PARMAK UCU PULSOKSİMETRE	100,0	ADET			
2	STETESKOP	50,0	ADET			

Yukarıda belirtilen malzemeleri karşılarında belirtilen fiyatlardan verebileceğimi taahhüt ederim.

İMZA - KAŞE

1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK,KDV ORANI BELİRTİLECEKTİR.

2-)TEKLİLER SON TESLİM TARİH VE SAATİNE KADAR İMZALI VE KAŞELİ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ,FAKS İLEDE GÖNDERİLEBİLİR.

3-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA VEYA MODELİ UBB KODU İSTEKLİNİN BAYİ İSE BAYİ KODU ANA FİRMA İSE FİRMA KODU VE TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEME MEKTUPLARINDA BELİRTİLECEKTİR.

4-)İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ İLACA ,MALZEMEYE İLİŞKİN OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI VE ONAYLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE İLE BARKOT NUMARALARINI TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULMASI ZORUNLUDUR.

KİSMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.

5-)MAL/HİZMET ALIM İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GİDERLER(NAKLİYE,SİGORTA VB.)FİRMAYA AİTTİR.

6-)ÖDEME VADESİ MAL TESLİMİNE MÜTEAKİP 90. GÜNDÜR

NOT:ÜRÜNLERİN TESLİM SÜRESİ PROFORMADA İŞGÜNÜ OLARAK BELİRTİLECEKTİR.TESLİM SÜRESİ BELİRTİLMEDİĞİNDE 15 İŞ GÜNÜ TESLİM SÜRESİ OLARAK ESAS ALINACAKTIR.HEMEN,DERHAL GİBİ İFADELER

5 (BEŞ)İŞ GÜNÜ OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.İTHAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ FİRMA TEKLİFİNDE TESLİM SÜRESİNİ BELİRTMEK ZORUNDADIR.SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN BELİRTİLEN SÜREDE TESLİM EDİLMEYEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SİPARİŞ TEKRAR YAZIŞMA YAPMADAN İPTAL EDİLMİŞ SAYILIR.

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doğu Kampüsü Çünür 32260 - ISPARTA

Doğrudan Temin Tel: 0246 211 28 37 - 211 28 39 Email : sdudogrudantemin@gmail.com

Hasta Bazlı Tel: 0246 211 28 85

Email : sdu22f@outlook.com

İhale Tel: 0246 211 28 35

Fax: 0246 211 28 23

DSM87

Parmak Tipi Pulse Oksimetre Cihazı

1. Pulse oksimetre cihazı arter kanındaki oksijen satürasyonunu (Spo2) ve nabız ölçümü yapabilen non-invaziv bir dijital ölçüm cihazı olmalıdır.
2. Pulse oksimetre parmak tipi olmalı, her boy parmağı kavramalı, başka ilave bir sensöre ihtiyaç duymadan ölçüm yapabilmelidir. Kısa sürede ölçüm yapabilmelidir.
3. Oksijen satürasyon aralığı %0 -%99 olmalıdır.
4. Nabız ölçüm aralığı: 30-240 bpm olmalıdır.
5. Spo2 ölçümü %0 -%99 aralığında $\pm 2\%$ hassasiyete sahip olmalıdır.
6. Enerji sarfıyatı düşük olmalı, en az 50 saat ölçüm yapabilmelidir.
7. Anlık 1500-2000 adet ölçüm yapabilmelidir.
8. Ebatları En fazla 6,4x3,7x3,5 olmalıdır. Yetişkin ve pediatrik hastalarda kullanılabilirdir.
9. İki adet AAA batarya ile çalışabilmelidir.
10. Rahat okunabilen, geniş LCD ekrana sahip olmalıdır.
11. Pil değişimi dışında herhangi bir servis ve kalibrasyon gerektirmemelidir.
12. Cihaz ile birlikte taşıma kılıfı ve askı verilmelidir.
13. Cihaz En fazla on (10) saniye boyunca sinyal alamadığında otomatik kapanmalıdır.
14. Parmağın girdiği yuvada kullanılan kauçuk insan sağlığına zarar verebilecek zehirli maddeler içermemelidir.
15. Pulse oksimetre cihazının yayı ve mandalı sıkı olmalıdır.
16. Cihaz iki(2) yıl garantili olmalıdır.
17. 1 adet numune verilecektir.

DMS92

STETESKOP

1. Steteskop, kulak adaptörleri, kulak boruları, çelik yay, kauçuk borular, ve ses alıcıdan meydana gelmeli
2. Ses alıcısından gelen kauçuk boru herhangi bir ek olmadan ikiye ayrılarak kulak borularına bağlı olmalı
3. Çelik yay kauçuk Y tüp içinde gizli olmalı
4. Steteskop simetrik bir yapıda olmalı, madeni kısımlarında delik, çizik, renk değişikliği bulunmamalı
5. Kauçuk ve plastik kısımlarında çizik, delik, çatlak, yırtık ve eskimiş, özelliğini kaybetmiş kısımlar bulunmamalı, koku vermemeli
6. Kulak borularının kavisleri keskin olmamalı ve içlerinde ses iletimi bozacak engelleyecek çapak, kir gibi oluşumlar bulunmamalı
7. Kulak boruları kulak yoluna uyum sağlayacak şekilde orijinal pozisyonunu değişmeden korumalı
8. Kulak adaptörleri renk değişimi, çatlama, matlaşma ve şekil değişikliği göstermeyen yumuşak kauçuktan veya plastikten olmalı
9. Çelik yay, steteskoplarda tek parçadan meydana gelmeli
10. Ses alıcısı, membranlı ve çanlı olmak üzere kombine olmalı
11. Çan kısmında temas noktasında sesin kaybını önleyebilmek için kauçuk bir halka bulunmalı
12. Diyafram yapımına uygun bir plastik malzeme kullanılmalı
13. Yedek diyafram ve kulak zeytinleri bulunmalı
14. Teklif verecek firmalar numune getirmelidir.