

T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No: 49897 : 35618

Talep Eden Birim: KVC SERVİSİ

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler 4734 Kamu İhale Kanunu'nun 22 maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemeler için tekliflerinizi son teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar Satın Alma Birimimize vermenizi rica ederim.

Son Teslim Tarih & Saat : 05.08.2021 11:00

AYLİN KÜNAR
SATINALMA GÖREVLİSİ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı	Sut Kodu
1	İRİS BİSTURİSİ UCU (BIÇAK KNIFE STAB 15 DERECE)	50,0	ADET			GZ1037

Yukarıda belirtilen malzemeleri karşılarında belirtilen fiyatlardan verebileceğimi taahhüt ederim.

İMZA - KAŞE

1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK,KDV ORANI BELİRTİLECEKTİR.

2-)TEKLİLER SON TESLİM TARİH VE SAATİNE KADAR İMZALI VE KAŞELİ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ,FAKS İLEDE GÖNDERİLEBİLİR.

3-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA VEYA MODELİ UBB KODU İSTEKLİNİN BAYİ İSE BAYİ KODU ANA FİRMA İSE FİRMA KODU VE TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEME MEKTUPLARINDA BELİRTİLECEKTİR.

4-)İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ İLACA ,MALZEMEYE İLİŞKİN OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI VE ONAYLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE İLE BARKOT NUMARALARINI TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULMASI ZORUNLUDUR.

KİSMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.

5-)MAL/HİZMET ALIMI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GİDERLER(NAKLİYE,SİGORTA VB.)FİRMAYA AİTTİR.

6-)ÖDEME VADESİ MAL TESLİMİNE MÜTEAKİP 360. GÜNDÜR

NOT:ÜRÜNLERİN TESLİM SÜRESİ PROFORMADA İŞGÜNÜ OLARAK BELİRTİLECEKTİR.TESLİM SÜRESİ BELİRTİLMEDİĞİNDE 15 İŞ GÜNÜ TESLİM SÜRESİ OLARAK ESAS ALINACAKTIR.HEMEN,DERHAL GİBİ İFADELER

5 (BEŞ)İŞ GÜNÜ OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.İTHAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ FİRMA TEKLİFİNDE TESLİM SÜRESİNİ BELİRTMEK ZORUNDADIR.SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN BELİRTİLEN SÜREDE TESLİM EDİLMEYEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SİPARİŞ TEKRAR YAZIŞMA YAPMADAN İPTAL EDİLMİŞ SAYILIR.

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doğu Kampüsü Çünür 32260 - ISPARTA

Doğrudan Temin Tel: 0246 211 28 37 - 211 28 39 **Email :** sdudogradantemin@gmail.com

Hasta Bazlı Tel: 0246 211 28 85

Email : sdu22f@outlook.com

İhale Tel: 0246 211 28 35

Fax: 0246 211 28 23

KVC089

İris Bistüri Ucu (Mikrosurgical) Kardiyovasküler Koroner Bistürisi Ucu 15 Derece

1. Paslanmaz çelikten, taşlamasız bileme keskinleştirme işlemi uygulanarak imal edilmiş olmalıdır.
2. Damar, sinir ve dokuların hassas diseksiyonunu kolaylaştırmalı, damar uçlarını düzgün kesmeli ve anastomoz öncesinde lümenleri hazırlayabilecek yapıda olmalıdır.
3. Delme bıçakları, ilk delme ensizyonları sırasında kolay penetrasyon için güçlü ve doğru noktayı yakalayacak şekilde ısıyla tavllanmış olmalıdır.
4. Bistüri yüzeyi mat olarak cilalanmış olmalıdır.
5. Bistüri 15 derece açılı 3.0mm 0.5 bıçak boyunda olmalıdır.
6. Bistürিতেকল steril paketlerde tek kullanımlık olmalıdır.
7. Bistüri ucu ambalajlarında sterilite metodu, son kullanım tarihi, ürün kod numarası, üretici firma, imal seri numarası açıkça belirtilmiş olmalıdır.
8. Ambalajları sterilitesini koruyacak şekilde makas veya başka bir alet kullanımı gerektirmeden açılabilir yapıda olmalıdır.
9. Bistüri ucu gereksiz doku yırtılmasına ve deformasyonuna yol açmadan kesen, bir örnek kenarlı olarak üretilmiş olmalıdır.

SÜU Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Dr. Öğr. Üyesi Kadri Bülent KARDEMİR
Dip. Tes. No: 53407
Kalp ve Damar Cerrahi A.D.

SÜU Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Prof. Dr. Erdi ŞANLI
Dip. Tes. No: 4073178
Kalp ve Damar Cerrahi A.D.