

T.C.  
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  
TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No: 48594 : 34581

Talep Eden Birim: GÖZ HASTALIKLARI SERVİSİ

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler 4734 Kamu İhale Kanunu'nun 22 maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemeler için tekliflerinizi son teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar Satın Alma Birimize vermenizi rica ederim.

Son Teslim Tarih & Saat : 05.05.2021 11:00

MEHMET KAYA  
SATINALMA GÖREVLİSİ

İHTİYAÇ LİSTESİ

| Sıra No | Malzeme Cinsi       | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutarı | Sut Kodu |
|---------|---------------------|---------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1       | STERİL SİLİKON YAĞI | 10,0    | ADET   |              |               | GZ1156   |

Yukarıda belirtilen malzemeleri karşılarında belirtilen fiyatlardan verebileceğimi taahhüt ederim.

İMZA - KAŞE

1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK,KDV ORANI BELİRTİLECEKTİR.

2-)TEKLİLER SON TESLİM TARİH VE SAATİNE KADAR İMZALI VE KAŞELİ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ,FAKS İLEDE GÖNDERİLEBİLİR.

3-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA VEYA MODELİ UBB KODU İSTEKLİNİN BAYİ İSE BAYİ KODU ANA FİRMA İSE FİRMA KODU VE TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEME MEKTUPLARINDA BELİRTİLECEKTİR.

4-)İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ İLACA ,MALZEMEYE İLİŞKİN OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI VE ONAYLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE İLE BARKOT NUMARALARINI TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULMASI ZORUNLUDUR.

KİSMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.

5-)MAL/HİZMET ALIM İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GİDERLER(NAKLİYE,SİGORTA VB.)FİRMAYA AİTTİR.

6-)ÖDEME VADESİ MAL TESLİMİNE MÜTEAKİP 360. GÜNDÜR

NOT:ÜRÜNLERİN TESLİM SÜRESİ PROFORMADA İŞGÜNÜ OLARAK BELİRTİLECEKTİR.TESLİM SÜRESİ BELİRTİLMEDİĞİNDE 15 İŞ GÜNÜ TESLİM SÜRESİ OLARAK ESAS ALINACAKTIR.HEMEN,DERHAL GİBİ İFADELER 5 (BEŞ)İŞ GÜNÜ OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.İTHAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ FİRMA TEKLİFİNDE TESLİM SÜRESİNİ BELİRTMEK ZORUNDADIR.SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN BELİRTİLEN SÜREDE TESLİM EDİLMEYEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SİPARİŞ TEKRAR YAZIŞMA YAPMADAN İPTAL EDİLMİŞ SAYILIR.

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doğu Kampüsü Çünür 32260 - ISPARTA

Doğrudan Temin Tel: 0246 211 28 37 - 211 28 39 Email : sdudogrudentimin@gmail.com

Hasta Bazlı Tel: 0246 211 28 85

Email : sdu22f@outlook.com

İhale Tel: 0246 211 28 35

Fax: 0246 211 28 23

## GOZ201

### Vitrektomi Ameliyatında Kullanılan Silikon Yağı (1000 CST. EFTİAR)

1. Yüksek saflıkta steril silikon yağı ihtiva etmelidir.
2. Retina müdahalelerinde retina dekolmanı, ciddi ve travmatik yırtıkların tedavisinde tampon madde olarak kullanılmalıdır.
3. Kırma indisi en az 1.40 olmalıdır.
4. Ürün vizkositesi 1000 - 1500 mPas saf silikon yağı oranını içermelidir.
5. Ürün yoğunluğu en az 0.97 g/cm<sup>3</sup> olmalıdır.
6. Ürün yüzey gerilimi en az 40 mN-m
7. Steril bir şekilde 10 ml'lik cam şırıngalarda sunulmalıdır.
8. Ürün buhar otoklavda steril edilmiş olmalıdır.
9. Ürün oda sıcaklığında muhafaza edilebilir olmalıdır.
10. Ürün bağımsız şekilde üç ayrı parça ve özellikten oluşmalıdır.
  - a. Şırınga: Uç kısmı kanül takabilmek için vidalı olmalı ve vida yeri tapa korumalı olmalıdır.
  - b. Piston: Uç kısmı silikon alına verme seti takılabilmesine olanak vermek amaçlı dişli olmalı ve rahat sökölüp takılabilmelidir.
  - c. Parmak Adaptörü: Cerrahın silikonu rahat verebilmesi için kuvvet uygulama yerini genişletmeli ve sökölüp takılabilmelidir.
11. Ürün paketi içerisinde hasta dosyasına kullanılan ürünün bilgilerini yazan (4) dört adet etiket bulunmalıdır.
12. Şırınga üzerinde üretici firma ismi Steril şekli sembolü, Lot numarası. CE sembolü ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
13. Ürün paketi üzerinde Barkod, steril şekli sembolü, lot numarası, CE sembolü ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
14. CE ve İSO kalite sertifikalarına sahip olmalıdır.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi  
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ARGİ  
Dip. Tes. No: 13921  
Göz Hastalıkları A