

T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No: 70754 : 54751

Talep Eden Birim: CERRAHİ ENDOSKOPİ ÜNİTESİ

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler 4734 Kamu İhale Kanunu'nun 22 maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemeler için tekliflerinizi son teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar Satın Alma Birimimize vermenizi rica ederim.

Son Teslim Tarih & Saat : 16.05.2025 11:00

KEZİBAN ÖZTÜRK
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar	Sut Kodu
---------	---------------	---------	--------	--------------	--------------	----------

1	ÖZEL ÖZEFAGUS STENTİ(ANTİREFLÜ STENT)	2,0	ADET			GS1380
---	---------------------------------------	-----	------	--	--	--------

Yukarıda belirtilen malzemeleri karşılarında belirtilen fiyatlardan verebileceğimi taahhüt ederim.

İMZA - KAŞE

1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK,KDV ORANI BELİRTİLECEKTİR.

2-)TEKLİLER SON TESLİM TARİH VE SAATİNE KADAR İMZALI VE KAŞELİ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ,FAKS İLEDE GÖNDERİLEBİLİR.

3-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA VEYA MODELİ UBB KODU İSTEKLİNİN BAYİ İSE BAYİ KODU ANA FİRMA İSE FİRMA KODU,ÜRÜNÜN TEKİL VEYA PAKET ÜRÜN OLDUĞU TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEME MEKTUPLARINDA BELİRTİLECEKTİR.

4-)İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ İLACA ,MAEYE İLİŞKİN OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI VE ONAYLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE İLE BARKOT NUMARALARINI TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULMASI ZORUNLUDUR.

KİSMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.

5-)MAL/HİZMET ALIMI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GİDERLER(NAKLİYE,SİGORTA VB.)FİRMAYA AİTTİR.

6-)ÖDEME VADESİ MAL TESLİMİNE MÜTEAKİP 90. GÜNDÜR

NOT:ÜRÜNLERİN TESLİM SÜRESİ PROFORMADA İŞGÜNÜ OLARAK BELİRTİLECEKTİR.TESLİM SÜRESİ BELİRTİLMEDİĞİNDE 15 İŞ GÜNÜ TESLİM SÜRESİ OLARAK ESAS ALINACAKTIR.HEMEN,DERHAL GİBİ İFADELER

5 (BEŞ)İŞ GÜNÜ OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.İTHAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ FİRMA TEKLİFİNDE TESLİM SÜRESİNİ BELİRTMEK ZORUNDADIR.SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN BELİRTİLEN SÜREDE TESLİM EDİLMEYEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SİPARİŞ TEKRAR YAZIŞMA YAPMADAN İPTAL EDİLMİŞ SAYILIR.

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doğu Kampüsü Çünür 32260 - ISPARTA

Doğrudan Temin Tel 0246 211 28 37 - 211 28 39 **Email :** sdudogrudentemin@gmail.com

Hasta Bazlı Tel: 0246 211 28 85

Email : sdu22f@outlook.com

İhale Tel: 0246 211 28 35

Fax: 0246 211 28 23

GKT347

Özofagus Stenti (Antireflü Stent)

1. Stent selfexpandable olmalıdır.
2. Stent materyali nitinol olmalıdır.
3. Stent flexible olmalıdır.
4. Stentin kaplı-kapsız-yarı kaplı seçenekleri bulunmalı, kliniğin isteği üzerine teslim edilebilir olmalıdır.
5. Stentin çapı 16mm-24mm aralığında, stent uzunlukları 6-8-10-12-15-17cm seçenekleri olmalı, kliniğin isteği üzerine teslim edilebilir olmalıdır.
6. Vaka esnasında stentin %80lik kısmı açılmış olsa bile tekrar introducer içerisine toplanabilmelidir.
7. Stent introduceri 8mm çapında ve çalışma uzunluğu, en az 65cm uzunluğunda olmalıdır.
8. Stentin distal ve proksimal uçları en az 1.5cm uzunluğunda konik şekilde genişlemeli ve en az 26mm çapında olmalıdır.
9. Stentin distal iç kısmında anti reflü özelliğini oluşturan silikon kapakçıklar bulunmalıdır.
10. Stentin her iki ucunda ip bulunmalıdır.
11. Stentin radyal forsu yüksek olmalıdır.
12. Uygulama aparatı üzerinde güvenlik kilidi bulunmalıdır.
13. Uygulama aparatı üzerinde cm işareti bulunmalıdır.
14. 0,035 klavuz tel kullanımına uygun olmalıdır.
15. Uygulama aparatında enjeksiyon lümeni bulunmalıdır.
16. Stent üzerinde en az 12 adet radyo opak marker bulunmalıdır. Bu markerler distal ve proksimal 4'er adet, orta kısmında 4 adet olacak şekilde olmalıdır.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Dr. Öğr. Üyesi Girayhan ÇELİK
Dip. Tes. No: 145975
Genel Cerrah A.D.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Doç. Dr. İsa SÖZEN
Dip. Tes. No: 1262111
Genel Cerrahi A.D.