

T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No: 64555 : 49225

Talep Eden Birim: TIBBİ CİHAZ ATÖLYESİ

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler 4734 Kamu İhale Kanunu'nun 22 maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemeler için tekliflerinizi son teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar Satın Alma Birimimize vermenizi rica ederim.

Son Teslim Tarih & Saat : 01.04.2024 10:00

ÜMIT SARIKAYA
SATIN ALMA GÖREVLİSİ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar	Sut Kodu
1	EKG CİHAZI KABLOSU (CARDİAC TRIGGER MONİTÖR 7600 MODEL UYUMLU)	3,0	ADET			
2	COMEN-C80 EKG KOBLOSU	4,0	ADET			
3	EKG MANDAL SETİ	5,0	ADET			
4	EKG PUAR SETİ	3,0	ADET			

Yukarıda belirtilen malzemeleri karşılarında belirtilen fiyatlardan verebileceğimi taahhüt ederim.

İMZA - KAŞE

1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK,KDV ORANI BELİRTİLECEKTİR.

2-)TEKLİLER SON TESLİM TARİH VE SAATİNE KADAR İMZALI VE KAŞELİ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ,FAKS İLEDE GÖNDERİLEBİLİR.

3-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA VEYA MODELİ UBB KODU İSTEKLİNİN BAYİ İSE BAYİ KODU ANA FİRMA İSE FİRMA KODU,ÜRÜNÜN TEKİL VEYA PAKET ÜRÜN OLDUĞU TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEME MEKTUPLARINDA BELİRTİLECEKTİR.

4-)İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ İLACA ,MAEYE İLİŞKİN OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI VE ONAYLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE İLE BARKOT NUMARALARINI TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULMASI ZORUNLUDUR.

KİSMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.

5-)MAL/HİZMET ALIM İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GİDERLER(NAKLİYE,SİGORTA VB.)FİRMAYA AİTTİR.

6-)ÖDEME VADESİ MAL TESLİMİNE MÜTEAKİP 90. GÜNDÜR

NOT:ÜRÜNLERİN TESLİM SÜRESİ PROFORMADA İŞGÜNÜ OLARAK BELİRTİLECEKTİR.TESLİM SÜRESİ BELİRTİLMEDİĞİNDE 15 İŞ GÜNÜ TESLİM SÜRESİ OLARAK ESAS ALINACAKTIR.HEMEN,DERHAL GİBİ İFADELER

5 (BEŞ)İŞ GÜNÜ OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.İTHAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ FİRMA TEKLİFİNDE TESLİM

SÜRESİNİ BELİRTMEK ZORUNDADIR.SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN BELİRTİLEN SÜREDE TESLİM

EDİLMEYEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SİPARİŞ TEKRAR YAZIŞMA YAPMADAN İPTAL EDİLMİŞ SAYILIR.

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doğu Kampüsü Çünür 32260 - ISPARTA

Doğrudan Temin Tel 0246 211 28 37 - 211 28 39 **Email :** sdudogradantemin@gmail.com

Hasta Bazlı Tel: 0246 211 28 85

Email : sdu22f@outlook.com

İhale Tel: 0246 211 28 35

Fax: 0246 211 28 23

EKG PUAR (ÇAN) SETİ ŞARTNAMESİ

1. EKG puar seti vakum topları elastikiyetini kaybetmeyen, çatlama yapmayan kaliteli plastikten üretilmiş olmalıdır.
2. EKG puar seti çanları kaliteli, paslanmaz, iletken malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3. EKG puar seti sıkı geçme ya da vidalı bağlantı ile tespit edilmelidir.
4. EKG puar seti birden fazla kullanıma uygun olmalıdır.
5. EKG puar seti (6) altı adet vakumlu çandan oluşmalıdır.
6. Ürün CE sertifikasına sahip olmalıdır.
7. Ürün orijinal kapalı ambalajda teslim edilecektir.
8. Ürün numunesi Biyomedikal birimince değerlendirilecektir.

Turhan GENCER
Teknisyen
SDÜ 2605

Arı Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Abdurrahman GÖKALIOĞLU
SEF
Biyomedikal Teknik Servis
SDÜ-04395

EKG KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cardiac Trigger Monitör 7600 model EKG cihazlarında kullanmaya uygun olmalıdır.
2. 4 Leadlı olmalıdır.
3. Leadlar Sarı, Kırmızı, Yeşil, Siyah medikal renk kodlamasına sahip olmalıdır.
4. Leadlar kısaç mandallı olmalıdır.
5. EKG kablo soketi yargılı yuvarlak şekilli ve 6 (altı) pinli olmalıdır.
6. Lead kablolarını bir arada tutan kanallı plastik parçası bulunmalıdır.
7. Kablo boyu nominal 270cm (-/+5cm) olmalıdır.
8. Kablo yumuşak dokulu plastik ya da silikon izolasyon malzemesinden üretilmiş olmalıdır.
9. CE sertifikasına sahip olmalıdır.
10. Ürün orijinal kapalı ambalajında teslim edilmelidir.
11. Ürün numunesi Biyomedikal birimince değerlendirilecektir.

Turhan GENÇER
Teknisyen
SDÜ - 1005

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Abdurrahman GÖKALIOĞLU
SEF
Biyomedikal Teknik Servis
SDÜ-04475

EKG KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Comen C80 model EKG cihazlarında kullanmaya uygun olmalıdır.
2. 3 Leadlı olmalıdır.
3. Leadlar Sarı, Kırmızı, Yeşil medikal renk kodlamasına sahip olmalıdır.
4. Leadlar kısaç mandallı olmalıdır.
5. EKG kablo soketi yargılı yuvarlak şekilli ve 6 (altı) pinli olmalıdır.
6. Lead kablolarını bir arada tutan kanallı plastik parçası bulunmalıdır.
7. Kablo boyu nominal 270cm (-/+5cm) olmalıdır.
8. Kablo yumuşak dokulu plastik ya da silikon izolasyon malzemesinden üretilmiş olmalıdır.
9. CE sertifikasına sahip olmalıdır.
10. Ürün orijinal kapalı ambalajında teslim edilmelidir.
11. Ürün numunesi Biyomedikal birimince değerlendirilecektir.

Turhan BENCER
Teknik Servis
SDÜ - 2605

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Abdurrahman GOKALIOĞLU
ŞEF
Biyomedikal Teknik Servis
G.D.Ü.-04395

EKG MANDAL SETİ ŞARTNAMESİ

1. EKG mandal seti kaliteli plastikten üretilmiş olmalıdır.
2. EKG mandal seti sıkı geçme ya da vidalı bağlantı ile tespit edilmelidir.
3. EKG mandal seti tıbbi renk (sarı, kırmızı, yeşil, siyah) kodlamasına ya da tıbbi alfabetik kodlamaya sahip olmalıdır.
4. EKG mandal seti birden fazla kullanıma uygun olmalıdır.
5. EKG mandal seti (4) dört adet mandaldan oluşmalıdır.
6. EKG mandal seti yay çeliğinden yapılmış bir sac aracılığı ile açılıp kapanmalıdır. Sacların ucu kıvrımlı tırnak oluşturmali ve bu tırnaklar mandal setindeki yuvaya sıkı geçmelidir.
7. EKG mandal seti ayak bileği ya da el bileğini sıkı kavraması için mandal yay yuvasından ayarlanabilmelidir, bu amaçla mandal üzerinde birden fazla yay çentiği yuvası bulunmalıdır.
8. Ürün CE sertifikasına sahip olmalıdır.
9. Ürün orijinal kapalı ambalajda teslim edilmelidir.
10. Ürün numunesi Biyomedikal birimince değerlendirilecektir.

Arhan GENÇER
Teknisyen
SDÜ - 1605

Abdurrahman GOKALIOĞLU
ŞEF
Biyomedikal Teknik Servis
SDÜ - 04395