

T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No: 67953 : 51645

Talep Eden Birim: YOĞUN BAKIM (ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON) SERVİSİ

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler 4734 Kamu İhale Kanunu'nun 22 maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemeler için tekliflerinizi son teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar Satın Alma Birimimize vermenizi rica ederim.

Son Teslim Tarih & Saat : 04.11.2024 11:00

AYLİN KÜNAR
SATINALMA GÖREVLİSİ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar	Sut Kodu
1	NAZAL YÜKSEK AKIŞ SETİ(YETİŞKİN)	120,0	ADET			AN1300

Yukarıda belirtilen malzemeleri karşılarında belirtilen fiyatlardan verebileceğimi taahhüt ederim.

İMZA - KAŞE

1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK, KDV ORANI BELİRTİLECEKTİR.

2-)TEKLİLER SON TESLİM TARİH VE SAATİNE KADAR İMZALI VE KAŞELİ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ, FAKS İLE DE GÖNDERİLEBİLİR.

3-)TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA VEYA MODELİ UBB KODU İSTEKLİNİN BAYİ İSE BAYİ KODU ANA FIRMA İSE FIRMA KODU, ÜRÜNÜN TEKİL VEYA PAKET ÜRÜN OLDUĞU TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEME MEKTUPLARINDA BELİRTİLECEKTİR.

4-)İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ İLACA, MAEYE İLİŞKİN OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI VE ONAYLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE İLE BARKOT NUMARALARINI TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULMASI ZORUNLUDUR.

KİSMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.

5-)MAL/HİZMET ALIM İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GİDERLER(NAKLİYE, SİGORTA VB.)FİRMAYA AİTTİR.

6-)ÖDEME VADESİ MAL TESLİMİNE MÜTEAKİP 90. GÜNDÜR

NOT:ÜRÜNLERİN TESLİM SÜRESİ PROFORMADA İŞ GÜNÜ OLARAK BELİRTİLECEKTİR. TESLİM SÜRESİ BELİRTİLMEDİĞİNDE 15 İŞ GÜNÜ TESLİM SÜRESİ OLARAK ESAS ALINACAKTIR. HEMEN, DERHAL GİBİ İFADELER

5 (BEŞ)İŞ GÜNÜ OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR. İTHAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ FIRMA TEKLİFİNDE TESLİM SÜRESİNİ BELİRTMEK ZORUNDADIR. SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN BELİRTİLEN SÜREDE TESLİM EDİLMEYEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SİPARİŞ TEKRAR YAZIŞMA YAPMADAN İPTAL EDİLMİŞ SAYILIR.

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doğu Kampüsü Çünür 32260 - ISPARTA

Doğrudan Temin Tel 0246 211 28 37 - 211 28 39 Email : sdudogrudentemin@gmail.com

Hasta Bazlı Tel: 0246 211 28 85

Email : sdu22f@outlook.com

İhale Tel: 0246 211 28 35

Fax: 0246 211 28 23

AYB465

Nazal Yüksek Akış Seti (Yetişkin)

1. Teklif edilecek malzeme AYB504 kodlu Nazal Yüksek Akış Kanülü ile beraber değerlendirilecek olup her iki ürün birbiri ile tam uyumlu olmalıdır. Fiyat avantajı her iki kalemin toplam maliyet üzerinden değerlendirilecektir. Her iki kaleme teklif verilmelidir.
2. Geniş delikli nazal kanül doğrudan burun deliklerine farklı gaz akışlarını iletmek için tasarlanmış olmalıdır.
3. Rahat ve düzgün bir şekilde oturabilmesi için yumuşak, esnek, malzemedan imal edilmiş olmalıdır.
4. Kanülde su yoğunlaşmasının önlenmesi için seçici geçirgen membran yapıya sahip parçası olmalıdır.
5. Standart solunum devrelerine takılabilmelidir.
6. Kanüllerin çalışma akış hızı S-M-L boy kanüllerde uygun boy kanül seçildiğinde en az 60 Lt/ dakikaya ulaşabilmelidir.
7. İhale uhdesinde kalan firma, Nazal yüksek akış seti ile birlikte alınan sarf malzemesine uygun her 100 set için en az 3 adet cihaz yüklenici firma tarafından malzeme tükenene kadar hastane kullanımına verecektir.
8. Cihazların her türlü bakım onarımı yüklenici firma tarafından yapılacak olup cihazların arızalanması durumunda en geç 3 işgünü içerisinde müdahale edilmeli ve 5 iş günü içerisinde cihaz çalışır durumda olmalıdır. Cihaz tamiri 5 iş günü içerisinde yapılamaması durumunda tamir müddetini takip eden 3 iş günü içerisinde yeni bir cihaz hastane kullanımına verilecektir.
9. Cihaz için dezenfeksiyon kiti gerekli ise kit yüklenici firma tarafından temin edilmelidir.
10. Nazal yüksek akış seti, su haznesi(chamber), bağlantı hortumundan oluşmalıdır
11. Nazal yüksek akış setinin inspirasyon hattı içerisindeki ısıtıcı teller spiralli yapıda olmalıdır ve bu özellik sayesinde devre içindeki hava homojen bir şekilde hastaya gönderilmeli ve inspirasyon hattı içerisinde su yoğunlaşması önlenabilmelidir.
12. Nazal yüksek akış seti paketi içerisinde bir adet çift veya tek şamandıralı otomatik beslemeli chamber bulunmalıdır.
13. Hasta güvenliği açısından çift şamandıralı chamber sunan firmalarda içerisinde birincisi arızalandığında otomatik olarak devreye girecek ikinci bir şamandıra bulunmalıdır.

HATİCE TUĞBA
Anestezi Yoğun Bakım
Sorumlu Hemşiresi
SDÜ Sicil No. 2086

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Dr. Öğr. Üyesi Yrd. Doç. Dr. KARABACAK
Diyadin No 128416
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.

14. Hasta devresi ierisine ısı ve akış probu entegre edilmiş olmalıdır.

15. Kanül yıpranmalarına karşı set ile birlikte alınan set miktarının yüzde onu (%10) kadar kanül ücretsiz verilecektir.

16. Ürün değerlendirme aşamasında cihaz ile birlikte en az bir adet numune ürün verilmelidir.

HATİSE TULGİ
Anestezi Yoğun Bakım
Sorumlu Hemşiresi
SDÜ Sicil No. 2086

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Dr. Öğr. Üyesi Pınar KARABACAK
Dip. Tes. No 128416
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.