

T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No: 64948 : 49535

Talep Eden Birim: NEONATOLOJİ (YENİ DOĞAN) YOĞUN BAKIM SERVİSİ

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler 4734 Kamu İhale Kanunu'nun 22 maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemeler için tekliflerinizi son teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar Satın Alma Birimize vermenizi rica ederim.

Son Teslim Tarih & Saat : 03.05.2024 11:00

AYLIN KÜNAR
SATINALMA GÖREVLİSİ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktarı	Birimi	Birim Fiya	Toplam Tuta	Sut Kodu
1	PERİFERİK İNTRAVENÖZ KATATER 28 G 1 FR (YENİDOĞAN)	30,0	ADET			GR1281

Yukarıda belirtilen malzemeleri karşılarında belirtilen fiyatlardan verebileceğimi taahhüt ederim.

İMZA - KAŞE

1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK, KDV ORANI BELİRTİLECEKTİR.

2-)TEKLİLER SON TESLİM TARİH VE SAATİNE KADAR İMZALI VE KAŞELİ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ, FAKS İLE DE GÖNDERİLEBİLİR.

3-)TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA VEYA MODELİ UBB KODU İSTEKLİNİN BAYİ İSE BAYİ KODU ANA FİRMA İSE FİRMA KODU, ÜRÜNÜN TEKİL VEYA PAKET ÜRÜN OLDUĞU TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEME MEKTUPLARINDA BELİRTİLECEKTİR.

4-)İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ İLACA, MAEYE İLİŞKİN OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI VE ONAYLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE İLE BARKOT NUMARALARINI TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULMASI ZORUNLUDUR.

KİSMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.

5-)MAL/HİZMET ALIMI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GİDERLER (NAKLIYE, SİGORTA VB.) FİRMAYA AİTTİR.

6-)ÖDEME VADESİ MAL TESLİMİNE MÜTEAKİP 90. GÜNDÜR

NOT: ÜRÜNLERİN TESLİM SÜRESİ PROFORMADA İŞ GÜNÜ OLARAK BELİRTİLECEKTİR. TESLİM SÜRESİ BELİRTİLMEDİĞİNDE 15 İŞ GÜNÜ TESLİM SÜRESİ OLARAK ESAS ALINACAKTIR. HEMEN, DERHAL GİBİ İFADELER

5 (BEŞ) İŞ GÜNÜ OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR. İTHAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ FİRMA TEKLİFİNDE TESLİM SÜRESİNİ BELİRTMEK ZORUNDADIR. SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN BELİRTİLEN SÜREDE TESLİM

EDİLMİYEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SİPARİŞ TEKRAR YAZIŞMA YAPMADAN İPTAL EDİLMİŞ SAYILIR.

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doğu Kampüsü Çünür 32260 - ISPARTA

Doğrudan Temin Tel 0246 211 28 37 - 211 28 39 **Email :** sdudogrudentemin@gmail.com

Hasta Bazlı Tel: 0246 211 28 85

Email : sdu22f@outlook.com

İhale Tel: 0246 211 28 35

Fax: 0246 211 28 23

GKT205

Periferik İntravenöz Katater 28 G 1 Fr (Yenidoğan)

1. Yenidoğan ve çocuklarda periferal yoldan intravenöz olarak ilaç ve beslenme solüsyonu vermek için özel olarak imal edilmiş olmalıdır.
2. Özellikle 1 Kg'dan küçük yenidoğanlar da kullanılabilir özellikte olmalıdır.
3. Kateter esnek ve yumuşak ve termo-sensitive poliüretan malzemeden yapılmış olmalıdır.
4. Yerleştirildikten sonra hasta tarafından kolaylıkla tolere edilebilmesi için kateter vücut ısısı ile yumuşamalıdır.
5. Kateter x-ray altında görüntülenebilmesi için radyopak olmalıdır.
6. Kateter ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için atravmatik özellikte olmalıdır.
7. Kateterin lümenlerinin proksimal ucunda, enjeksiyon ve infüzyon kolaylığı için uzatma olmalıdır. Uzatmalar üzerinde gerektiğinde kullanmak için klempler bulunmalıdır.
8. Katater çapı; 28G ve uzunluğu; 20-30cm aralığında olmalıdır.
9. Sistem yerleştirme işleminde kullanılacak gerekli malzeme ile birlikte aynı ambalaj içinde olmalıdır. Yerleştirme işlemi için ayrı-bir malzemeye ihtiyaç duyulmamalıdır.
10. Kullanıcını isteğine göre sistem içinde yer alan introdücerlarm, 24G kırılabilir iğne (breakavvay needle), 19G yırtılabilir kanül (peelable cannula) olarak seçilebilir modelleri olmalıdır.
11. Yırtılabilir kanüllü modelde, kanül çapı 19G ve uzunluğu 19mm olmalıdır.
12. Kırılabilir iğneli modelde iğne çapı 24G, uzunluğu 19mm olmalıdır.
13. Kateterin akış hızı 1 bar basınçta 0.5 ml/dak olmalıdır.
14. Yerleştirme kolaylığı için katater üzerinde derinlik markerları bulunmalıdır ve bu markerlar distal uçtan başlayarak kateter boyunca devam etmelidir.
15. Kateter, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
16. Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

SÜ Anestezoloji Uygulama Hastanesi
Prof. Dr. Hasan ÇETİN
Dinamik ve Statik
Çocuk Ağrı ve Hast.
Neonatoloji Uzmanı