

T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No: 71392 : 55429

Talep Eden Birim: HEMŞİRELİK HİZMETLERİ

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler 4734 Kamu İhale Kanunu'nun 22 maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemeler için tekliflerinizi son teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar Satın Alma Birimimize vermenizi rica ederim.

Son Teslim Tarih & Saat : 07.07.2025 11:00

MEHMET KAYA
SATINALMA GÖREVLİSİ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktarı Birimi	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Sut Kodu
1	İDRAR TORBASI, SAATLİ	1.000,0 ADET			OR1360

Yukarıda belirtilen malzemeleri karşılarında belirtilen fiyatlardan verebileceğimi taahhüt ederim.

İMZA - KAŞE

1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK,KDV ORANI BELİRTİLECEKTİR.

2-)TEKLİLER SON TESLİM TARİH VE SAATİNE KADAR İMZALI VE KAŞELİ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ,FAKS İLEDE GÖNDERİLEBİLİR.

3-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA VEYA MODELİ UBB KODU İSTEKLİNİN BAYİ İSE BAYİ KODU ANA FIRMA İSE FIRMA KODU,ÜRÜNÜN TEKİL VEYA PAKET ÜRÜN OLDUĞU TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEME MEKTUPLARINDA BELİRTİLECEKTİR.

4-)İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ İLACA ,MAEYE İLİŞKİN OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI VE ONAYLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE İLE BARKOT NUMARALARINI TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULMASI ZORUNLUDUR.

KİSMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.

5-)MAL/HİZMET ALIMI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GİDERLER(NAKLİYE,SİGORTA VB.)FİRMAYA AİTTİR.

6-)ÖDEME VADESİ MAL TESLİMİNE MÜTEAKİP 90. GÜNDÜR

NOT:ÜRÜNLERİN TESLİM SÜRESİ PROFORMADA İŞGÜNÜ OLARAK BELİRTİLECEKTİR.TESLİM SÜRESİ BELİRTİLMEDİĞİNDE 15 İŞ GÜNÜ TESLİM SÜRESİ OLARAK ESAS ALINACAKTIR.HEMEN,DERHAL GİBİ İFADELER

5 (BEŞ)İŞ GÜNÜ OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.İTHAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ FIRMA TEKLİFİNDE TESLİM SÜRESİNİ BELİRTMEK ZORUNDADIR.SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN BELİRTİLEN SÜREDE TESLİM EDİLMEYEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SİPARİŞ TEKRAR YAZIŞMA YAPMADAN İPTAL EDİLMİŞ SAYILIR.

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doğu Kampüsü Çünür 32260 - ISPARTA
Doğrudan Temin Tel 0246 211 28 37 - 211 28 39 **Email :** sdudogradantemin@gmail.com
Hasta Bazlı Tel: 0246 211 28 85 **Email :** sdu22f@outlook.com
İhale Tel: 0246 211 28 35 **Fax:** 0246 211 28 23

GNM039

Ürofix (İdrar Torbası, Saatli)

1. Ürimetre en az 500 ml kapasiteye sahip olmalıdır.
2. Ürimetre 50 ml'ye kadar hassas ölçekli olmalı ve dört bölmeli toplama odacığından oluşmalıdır.
3. Ürimetre hidrofobik bakteri filtreli hava girişine sahip olmalıdır.
4. Ürimetrede taşmayı önleyen bypass sistemi bulunmalıdır.
5. Ölçek toplama odası tüm bölmeleri aynı anda idrar torbasına boşaltan musluğa sahip olmalı, odacıklar tamamen ve hızlı bir şekilde boşalabilmelidir.
6. Ürimetre üzerinde ayarlanabilir yatak askı bağları bulunmalıdır.
7. Ürimetre 2000 ml kapasiteli ve alttan boşaltmalı idrar torbasına sahip olmalı ve odacıklar cc sırasına göre sıralı dolmalıdır. Sistem sızdırma yapmamalıdır.
8. Ürimetre geniş çaplı, bükülmeye karşı dirençli hortuma sahip olmalıdır.
9. Hortum üzerinde açma/kapama klempı mevcut olmalıdır.
10. Ürimetrede herhangi bir sorun saptandığında değişim garantisi olmalıdır.
11. Klemp akışın durdurulabilmesi için kolayca kapatılabilmeli.
12. Hortum ucunda bağlantı konnektörü bulunmalı, bu konnektör üzerinde örnek alma portu olmalıdır.
13. Konnektör ucu kataterden çıkmayacak şekildi ve yapıda olmalıdır.
14. Musluk konnektörü açıp kapamaya karşı dirençli olmalı.
15. Kullanım süresi boyunca musluktan idrar kaçağı olmamalı, kaçak halinde hastaya kullanılsa bile yenisi ile değiştirilecektir.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Derya ÖZDEMİR
Sicil No: 4877
Hem. Hiz. Müd. Yrd.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Fatma BÜLBÜL
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
SDÜ:2093