

T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No: 70419 : 54495

Talep Eden Birim: RADYODİYAGNOSTİK

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler 4734 Kamu İhale Kanunu'nun 22 maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemeler için tekliflerinizi son teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar Satın Alma Birimize vermenizi rica ederim.

Son Teslim Tarih & Saat : 21.04.2025 11:00

KEZİBAN ÖZTÜRK
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar	Sut Kodu
1	TEK KULLANIMLIK HASTA BAĞLANTI HATTI	100,0	ADET			GR1256
2	ÇİFT ÇEKVALFLI SIVI DOLDURMA HATTI (MR İÇİN)	100,0	ADET			GR1256

Yukarıda belirtilen malzemeleri karşılarında belirtilen fiyatlardan verebileceğimi taahhüt ederim.

İMZA - KAŞE

1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK,KDV ORANI BELİRTİLECEKTİR.

2-)TEKLİLER SON TESLİM TARİH VE SAATİNE KADAR İMZALI VE KAŞELİ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ,FAKS İLEDE GÖNDERİLEBİLİR.

3-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA VEYA MODELİ UBB KODU İSTEKLİNİN BAYİ İSE BAYİ KODU ANA FİRMA İSE FİRMA KODU,ÜRÜNÜN TEKİL VEYA PAKET ÜRÜN OLDUĞU TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEME MEKTUPLARINDA BELİRTİLECEKTİR.

4-)İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ İLACA ,MAEYE İLİŞKİN OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI VE ONAYLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE İLE BARKOT NUMARALARINI TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULMASI ZORUNLUDUR.

KİSMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.

5-)MAL/HİZMET ALIMI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GİDERLER(NAKLİYE,SİGORTA VB.)FİRMAYA AİTTİR.

6-)ÖDEME VADESİ MAL TESLİMİNE MÜTEAKİP 90. GÜNDÜR

NOT:ÜRÜNLERİN TESLİM SÜRESİ PROFORMADA İŞ GÜNÜ OLARAK BELİRTİLECEKTİR.TESLİM SÜRESİ BELİRTİLMEDİĞİNDE 15 İŞ GÜNÜ TESLİM SÜRESİ OLARAK ESAS ALINACAKTIR.HEMEN,DERHAL GİBİ İFADELER

5 (BEŞ)İŞ GÜNÜ OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.İTHAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ FİRMA TEKLİFİNDE TESLİM SÜRESİNİ BELİRTMEK ZORUNDADIR.SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN BELİRTİLEN SÜREDE TESLİM EDİLMEYEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SİPARİŞ TEKRAR YAZIŞMA YAPMADAN İPTAL EDİLMİŞ SAYILIR.

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doğu Kampüsü Çünür 32260 - ISPARTA

Doğrudan Temin Tel 0246 211 28 37 - 211 28 39 **Email :** sdudogrudentemin@gmail.com

Hasta Bazlı Tel: 0246 211 28 85

Email : sdu22f@outlook.com

İhale Tel: 0246 211 28 35

Fax: 0246 211 28 23

SES075

Tek kullanımlık Hasta Bağlantı Hattı

1. Bağlantı hattı Medrad marka Stellant model tomografi enjektörü çoklu hasta enjeksiyon seti ile birlikte kullanılabilecek aynı marka olmalıdır.
2. Bağlantı hattı spiral şeklinde olmalıdır.
3. Bağlantı hattı şeffaf olmalıdır. Mat hatlar Kabul edilmeyecektir.
4. Bağlantı hattı steril paketler halinde ve tek kullanımlık olacaktır.
5. Tek kullanımlık hasta bağlantı hattı 250cm uzunluğunda olacak ve en az 350 Psi basınca dayanacaktır.
6. Bağlantı hatlarının ambalajı üzerinden içeriği, üretim tarihi, maksimum basınç limiti, lot numarası ve steril olduğu ibaresi bulunmalıdır.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Erdiñ ÇAKIR
SDÜ Sicil No: 2459
Radyoloji B.isteknisyeni

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Prof. Dr. Mustafa KAYAN
Dip.Tes.No: 81748-87351
Radyoloji A.D.

SES079

Çift Çekvalfli Sıvı Doldurma Hattı (Mr İçin)

1. Medrad markalı enjektörlerde, kontrast madde ve izotonik şişesinden şırıngaya otomatik sıvı dolumu için kullanılacaktır. Enjektör şırıngalarına uyumlu olmalıdır.
2. Sıvı doldurma hattı, steril paketler halinde ve tek kullanımlık olacaktır.
3. Sıvı doldurma hattı üzerinde otomatik şekilde şırıngaya sıvı çekilmesini ve şırıngadan sıvı enjeksiyonunu sağlayacak iki adet çekvalf bulunmalıdır.
4. Spike konnektöre sahip olacak ve spike konnektör üzerinde havalandırma imkanı olacaktır.
5. En az 350 Psi basınca dayanacaktır.
6. Ambalajı üzerinden içeriği, üretim ve son kullanım tarihi, lot numarası ve steril olduğu ibaresi bulunmalıdır.
7. En az bir adet numune ürün teslim edilecektir.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Erdiñ ÇAKIR
SDÜ Sicil No: 2459
Radyoloji B. Teknisyeni

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Prof. Dr. Mustafa KAYAN
Dip. Tes. No: 64748-87351
Radyoloji A.D.