

T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No: 64509 : 49113

Talep Eden Birim: MİKROBİYOLOJİ

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler 4734 Kamu İhale Kanunu'nun 22 maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemeler için tekliflerinizi son teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar Satın Alma Birimize vermenizi rica ederim.

Son Teslim Tarih & Saat : 25.03.2024 11:00

MEHMET KAYA
SATINALMA GÖREVLİSİ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar	Sut Kodu
1	HELİCOBACTER PYLORİ HIZLI TANI KİTİ	200,0	TEST			
2	KOVAKS AYIRACI	300,0	MİLİLİTR			
3	GRUBER-WİDAL TESTİ	960,0	TEST			
4	BETA LAKTAMAZ TESTİ	250,0	TEST			
5	HIZLI OKSİDAZ TESTİ	500,0	TEST			

Yukarıda belirtilen malzemeleri karşılığında belirtilen fiyatlardan verebileceğimi taahhüt ederim.

İMZA - KAŞE

1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK,KDV ORANI BELİRTİLECEKTİR.

2-)TEKLİLER SON TESLİM TARİH VE SAATİNE KADAR İMZALI VE KAŞELİ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ,FAKS İLEDE GÖNDERİLEBİLİR.

3-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA VEYA MODELİ UBB KODU İSTEKLİNİN BAYİ İSE BAYİ KODU ANA FİRMA İSE FİRMA KODU,ÜRÜNÜN TEKİL VEYA PAKET ÜRÜN OLDUĞU TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEME MEKTUPLARINDA BELİRTİLECEKTİR.

4-)İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ İLACA ,MAEYE İLİŞKİN OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI VE ONAYLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE İLE BARKOT NUMARALARINI TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULMASI ZORUNLUDUR.

KİSMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.

5-)MAL/HİZMET ALIMI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GİDERLER(NAKLIYE,SİGORTA VB.)FİRMAYA AİTTİR.

6-)ÖDEME VADESİ MAL TESLİMİNE MÜTEAKİP 90. GÜNDÜR

NOT:ÜRÜNLERİN TESLİM SÜRESİ PROFORMADA İŞGÜNÜ OLARAK BELİRTİLECEKTİR.TESLİM SÜRESİ BELİRTİLMEDİĞİNDE 15 İŞ GÜNÜ TESLİM SÜRESİ OLARAK ESAS ALINACAKTIR.HEMEN,DERHAL GİBİ İFADELER 5 (BEŞ)İŞ GÜNÜ OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.İTHAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ FİRMA TEKLİFİNDE TESLİM SÜRESİNİ BELİRTMEK ZORUNDADIR.SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN BELİRTİLEN SÜREDE TESLİM EDİLMİYEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SİPARİŞ TEKRAR YAZIŞMA YAPMADAN İPTAL EDİLMİŞ SAYILIR.

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doğu Kampüsü Çünür 32260 - ISPARTA

Doğrudan Temin Tel 0246 211 28 37 - 211 28 39 **Email :** sdudogrudentemin@gmail.com

Hasta Bazlı Tel: 0246 211 28 85

Email : sdu22f@outlook.com

İhale Tel: 0246 211 28 35

Fax: 0246 211 28 23

HELICOBACTER PYLORI HIZLI TANI KITI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Test Helicobacter pylori antijenini saptayabilmelidir.
2. Test kiti, hastadan alınan dışkı numune örneğinden hızlı, pratik ve kolay bir şekilde uygulanabilmeli ve yorumlanabilmelidir.
3. Testin temel çalışma prensibi immunokromotografik assay olmalıdır. Kitin membranı monoklonal antikor ile kaplanmış olmalıdır.
4. CE belgesi bulunmalıdır.
5. Test kiti 2 ile 30°C 'de saklanabilmeli, her bileşen son kullanma tarihine kadar kullanılabilirdir.
6. Test için gerekli olan tüm materyaller kitin orijinal ambalajında kit ile birlikte sağlanmalıdır.
7. Kart test üzerinde Helicobacter pylori için pencere bulunmalı ve kontrol-test çizgileri ayrı olmalıdır.
8. Kitin içerisinde 25 adet test kartı, her hasta için ayrı ayrı hazırlanmış olmalıdır.
9. Kit içerisinde her test için alüminyum folyo ile kapatılmış tek kullanımlık buffer bulunmalıdır.
10. Test sonucu 15 dakikada yorumlanabilmelidir.
11. Kontrol çizgisi her testte testin doğru çalıştığını onaylamak için oluşmalıdır.
12. Testin duyarlılık ve özgüllüğü açıkça deklare edilmeli ve resmi olarak belgelendirilmelidir.
13. Kit, Ulusal Bilgi Bankası'na (UBB) kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.

KOVAKS AYIRACI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde indol testi için kullanılan kimyasal çözelti olmalıdır.
- 2) Bileşiminde n-Butanol; hydrochloric acid; 4-dimethylaminobenzaldehyde bulunmalıdır.
- 3) Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olmalıdır.
- 4) Hazır solüsyon şeklinde olmalı ve kullanım için ek işlem gerektirmemelidir.
- 5) Ürünlerin üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası bulunmalıdır.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Prof. Dr. M. Cem SİRİN
Tele. No: 95614
Mikrobiyoloji A.D.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Prof. Dr. Emel SESLİ ÇETİN
Uzm. Sic. No: 62545-90532
Mikrobiyoloji A.D.

GRUBER-WİDAL TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kit mikroaglutinasyon yöntemi ile serumda Salmonella antijenlerine karşı oluşan antikorları saptamaya yönelik olmalıdır.
2. Kit içerisinde Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, Salmonella paratyphi B türlerine ait O ve H antijenleri bulunmalıdır.
3. Kit kuyucuklu platede aynı anda 6 tip (TO, TH, AO, AH, BO, BH) Salmonella antijenini çalışabilmelidir.
4. Tarama ve dilüsyon testi olarak kullanılmaya uygun olmalıdır.
5. Kit içerisinde pozitif, negatif kontroller, dilüent ve plateler bulunmalıdır.
6. Her kutuda 6 çift (12 adet) kırılabilir kuyucuklu plate olmalıdır.
7. Son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olmalıdır.

BETA LAKTAMAZ (NİTROSEFİN) DİSKİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kültürde üremiş olan mikroorganizmalardan çalışmaya uygun olmalıdır.
2. Heamophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Neisseria gonorrhoea gibi bakterilerde beta laktamaz enziminin saptanması amacıyla üretilmiş olmalıdır.
3. Son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olmalıdır.

OKSİDAZ TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bakterilerin sitokrom oksidase enziminin varlığını saptamaya yönelik olmalıdır.
2. Oksidaz pozitifliği renk değişimi ile değerlendirilebilmelidir.
3. Çubuk veya disk şeklinde tasarlanmış olmalı, ve dimetil-p-phenilendiamin emdirilmiş olmalıdır.
4. Kutular ortam neminden etkilenmeyecek özellikte olmalıdır.
5. Kit orijinal ambalajında, açılmamış ve son kullanma tarihi kutunun üzerinde açıkça okunabilecek şekilde olmalıdır.
6. Buzdolabında saklanmalı ve son kullanma tarihi ürünün teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olmalıdır.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Prof. Dr. M. Cem SİKİN
Uzm. Sic. No: 95614
Mikrobiyoloji A.D.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Prof. Dr. Emel SESLİ CETİN
Uzm. Sic. No: 62545-90532
Mikrobiyoloji A.D.