

T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No: 70298 : 54283

Talep Eden Birim: YARA (YANIK) POLİKLİNİĞİ

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler 4734 Kamu İhale Kanunu'nun 22 maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemeler için tekliflerinizi son teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar Satın Alma Birimize vermenizi rica ederim.

Son Teslim Tarih & Saat : 07.04.2025 11:00

MEHMET KAYA
SATINALMA GÖREVLİSİ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktarı Birimi	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Sut Kodu
---------	---------------	----------------	-------------	--------------	----------

1	YANIK SARGISI 10X10CM	10,0	ADET		
---	-----------------------	------	------	--	--

Yukarıda belirtilen malzemeleri karşılığında belirtilen fiyatlardan verebileceğimi taahhüt ederim.

İMZA - KAŞE

1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK,KDV ORANI BELİRTİLECEKTİR.

2-)TEKLİLER SON TESLİM TARİH VE SAATİNE KADAR İMZALI VE KAŞELİ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ,FAKS İLEDE GÖNDERİLEBİLİR.

3-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA VEYA MODELİ UBB KODU İSTEKLİNİN BAYI İSE BAYI KODU ANA FİRMA İSE FİRMA KODU,ÜRÜNÜN TEKİL VEYA PAKET ÜRÜN OLDUĞU TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEME MEKTUPLARINDA BELİRTİLECEKTİR.

4-)İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ İLACA ,MAEYE İLİŞKİN OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI VE ONAYLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE İLE BARKOT NUMARALARINI TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULMASI ZORUNLUDUR.

KİSMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.

5-)MAL/HİZMET ALIMI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GİDERLER(NAKLİYE,SİGORTA VB.)FİRMAYA AİTTİR.

6-)ÖDEME VADESİ MAL TESLİMİNE MÜTEAKİP 90. GÜNDÜR

NOT:ÜRÜNLERİN TESLİM SÜRESİ PROFORMADA İŞGÜNÜ OLARAK BELİRTİLECEKTİR.TESLİM SÜRESİ BELİRTİLMEDİĞİNDE 15 İŞ GÜNÜ TESLİM SÜRESİ OLARAK ESAS ALINACAKTIR.HEMEN,DERHAL GİBİ İFADELER

5 (BEŞ)İŞ GÜNÜ OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.İTHAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ FİRMA TEKLİFİNDE TESLİM SÜRESİNİ BELİRTMEK ZORUNDADIR.SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN BELİRTİLEN SÜREDE TESLİM EDİLMEYEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SİPARİŞ TEKRAR YAZIŞMA YAPMADAN İPTAL EDİLMİŞ SAYILIR.

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doğu Kampüsü Çünür 32260 - ISPARTA

Doğrudan Temin Tel 0246 211 28 37 - 211 28 39 **Email :** sdudogrudantemin@gmail.com

Hasta Bazlı Tel: 0246 211 28 85

Email : sdu22f@outlook.com

İhale Tel: 0246 211 28 35

Fax: 0246 211 28 23

YARA SARGI BEZİ

- 1- Tiftiklenme meydana gelmeden ve partiküller bırakmadan yara şekline göre rahatça kesilip istenilen forma girebilmelidir.
- 2- Optimal su ve gaz geçirgenliğini sağlayan Hydrofil yapıda olmalıdır .Hypoallergen ve flexible olmalıdır.
- 3- Kapatılan yara – yanık alanı üzerinden kayma olmamalıdır.
- 4- Mikropların geçişini engellemeli ,topikal ilaç uygulamasına izin vermelidir.
Malzemeler % 100 koton dokunmuş LENO DOKUMA üzerine % 100 sarı MEDİKAL PARAFİN emdirilmiş kutu içerisinde Z katlamalı olmalıdır.
- 5- Ürünler yanık ve yüzeysel yaralarda yumuşatıcı sargı olarak uygulanırken, radyasyon yanıklarında, bacak ve baskı ülserlerinde, donör sahalarda, Deri Grefti-Donör alanlarında, abrazyon yaralarında, dermatolojide ve plastik cerrahide kullanılabilir.
- 6- Ambalaj şekli Poli-Propilen Kaplarda olmalı, bu kaplar kendiliğinden yapışan Mavi PVC bantlı ve kurcalanmaya karşı orijinal korumalı olmalıdır ,kutu içerisindeki ürün herhangi bir kağıt ve benzeri birşeye sarılmış olmamalıdır.
- 7- Ürün Tül Sargı formatında olduğundan yanıklarda ve yarada oluşan eksudanın uzaklaştırılmasına yardımcı olmalıdır ,aynı zamanda yaranın hava almasını sağlayabilmelidir.
- 8- Yara sekresyonunun emilmesine izin vermelidir.
- 9- Beher 10 cm başına iplik sayısına bakıldığında Çözümlü sayısı 70 ten – Atkı sayısı 8) den az olmayıp , 2,5 Megaradda Gama radyasyon ile steril edilmiş olmalıdır.
- 10- Sargının beher birim alan başına ağırlığı 40 gm2 den az olmayacaktır.
- 11- Ürünler ÜTS'ye(Ürün Takip Sistemi) kayıtlı olup- SUT ödemesi olmalıdır.
- 12- Depolama şartları ürünlerin üzerinde belirtilmelidir. Ürünlerin miadı en az 1 yıl olmalıdır.
- 13- Ürünler uygulama şekli ve Uygulanacak alana göre; 19 cm x 3 metre Tek Şerit' lik ambalajlarda olmalıdır
- 14- SUT Kodu - OR4569 olmalıdır.

SDÜ Akademi ve Uygulama Hastanesi
Doç. Dr. İsa SOYEN
Dip. Tesis. No: 1262/111
Genel Cerrahi A.D.