

T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No: 65952 : 50249

Talep Eden Birim: ÇOCUK ALLERJİ VE İMMÜNOLOJİSİ POLİKLİNİĞİ

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler 4734 Kamu İhale Kanunu'nun 22 maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemeler için tekliflerinizi son teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar Satın Alma Birimimize vermenizi rica ederim.

Son Teslim Tarih & Saat : 16.07.2024 11:00

KEZİBAN ÖZTÜRK
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktarı Birimi	Birim Fiya	Toplam Tuta	Sut Kodu
1	EPİDERMAL PRIK (EPT)TEST LANSETİ	10.000,0	ADET		
Yukarıda belirtilen malzemeleri karşılarında belirtilen fiyatlardan verebileceğimi taahhüt ederim.					
İMZA - KAŞE					
1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK,KDV ORANI BELİRTİLECEKTİR.					
2-)TEKLİLER SON TESLİM TARİH VE SAATİNE KADAR İMZALI VE KAŞELİ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ,FAKS İLEDE GÖNDERİLEBİLİR.					
3-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA VEYA MODELİ UBB KODU İSTEKLİNİN BAYİ İSE BAYİ KODU ANA FİRMA İSE FİRMA KODU,ÜRÜNÜN TEKİL VEYA PAKET ÜRÜN OLDUĞU TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEME MEKTUPLARINDA BELİRTİLECEKTİR.					
4-)İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ İLACA ,MAEYE İLİŞKİN OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI VE ONAYLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE İLE BARKOT NUMARALARINI TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULMASI ZORUNLUDUR.					
KİSMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.					
5-)MAL/HİZMET ALIMI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GİDERLER(NAKLIYE,SİGORTA VB.)FİRMAYA AİTTİR.					
6-)ÖDEME VADESİ MAL TESLİMİNE MÜTEAKİP 90. GÜNDÜR					
NOT:ÜRÜNLERİN TESLİM SÜRESİ PROFORMADA İŞGÜNÜ OLARAK BELİRTİLECEKTİR.TESLİM SÜRESİ BELİRTİLMEDİĞİNDE 15 İŞ GÜNÜ TESLİM SÜRESİ OLARAK ESAS ALINACAKTIR.HEMEN,DERHAL GİBİ İFADELER 5 (BEŞ)İŞ GÜNÜ OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.İTHAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ FİRMA TEKLİFİNDE TESLİM SÜRESİNİ BELİRTMEK ZORUNDADIR.SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN BELİRTİLEN SÜREDE TESLİM EDİLMEYEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SİPARİŞ TEKRAR YAZIŞMA YAPMADAN İPTAL EDİLMİŞ SAYILIR.					

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doğu Kampüsü Çünür 32260 - ISPARTA
Doğrudan Temin Tel 0246 211 28 37 - 211 28 39 Email : sdudogrudentimin@gmail.com

Hasta Bazlı Tel: 0246 211 28 85

İhale Tel: 0246 211 28 35

Email : sdu22f@outlook.com

Fax: 0246 211 28 23

EPİDERMAL PRİK(EPT) TEST LANSETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen lansetler prick test çalışması yapılmasına uygun imal edilmiş olmalıdır.
2. Teklif edilen lansetler orijinal ve steril ambalajı içerisinde gruplar halinde paketlenmiş ve tek kullanımlık olmalıdır.
3. Teklif edilen lansetler minimum antijen sarfiyatını sağlamak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
4. Teklif edilen lansetlerin bacak kalınlığı en fazla 3.25 mm çapında olmalıdır bu sayede alerjen tüketiminin minimum olması sağlanmalıdır. Fazla alerjen tüketen ürünler tercih edilmeyecektir.
5. Teklif edilen lanset minimum düzeyde antijen sarfiyatını sağlamak amacıyla antijen tepsisi ile birlikte verilmeli ve antijen tepsisi içerisinde yer alan kuyucuklardan antijenlerin uçmasını veya buharlaşmasını engellemek maksadıyla tasarlanmış olmalıdır.
6. Lanset ekonomik olmalıdır 1ml antijenden en az 100 test yapılabilmelidir.
7. Lansetlerin uç kısmı cilde en aza indirgenmiş tahribatı sağlayabilmek için en az 1 adet lazerle inceltilmiş plastik uca sahip olmalı ve kolay kullanıma uygun olmalıdır.
8. Her uygulamada standart miktarda antijeni standart bir alana, standart olarak epidermisin altına verebilmelidir. Her ürünün ucunda statik elektrik ile alerjen tutumu standart olarak her işlemde aynı miktarda alerjen tutabilmelidir.
9. Lanset uçları keskin yapıya sahip olmalıdır.
10. Sonuç almayı kolaylaştırmak, dermise geçişi ve kanamayı engellemek, anafilaksi riskini minimuma indirmek için kullanılacak lansetin cilde nüfus derinliği en fazla 1.10 mm olmalıdır.
11. Her çalışma için gerekli olan çalışma aparatları teklif veren firma tarafından sağlanacaktır. Yani çalışma yapabilmek için gerekli olan çalışma tepsisi, disposable steril kapaklı küvet, çalışma rakları ve çalışma welleri ücretsiz olarak verilecektir.
12. Numune denenerek karar verilecektir.
13. İhaleye katılan firma ihale öncesi ürünle ilgili olarak, broşür ve numune çalışmasını ilgili birime yapmalıdır.
14. Teklif edilen ürün T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır ve TİTUBB belgesi ihale dökümanında bulunmalıdır.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Cemal MASLAK
Dış. Tes. No: 192201
Çocuk Sağlığı ve Hast. A.D.
Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hast. B.D.

SDÜ TIP FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Hasan ÇETİN
Çocuk Sağlığı ve Hast. A.D. Başkanı