

T.C.  
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  
TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No: 74329 : 58344

Talep Eden Birim: BIYOKİMYA

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler 4734 Kamu İhale Kanunu'nun 22 maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemeler için tekliflerinizi son teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar Satın Alma Birimize vermenizi rica ederim.

**Son Teslim Tarih & Saat : 16.02.2026 11:00**

KEZİBAN ÖZTÜRK  
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktarı Birimi	Sut Kodu	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
---------	---------------	----------------	----------	--------------	---------------

1	SEDİMENTASYON TESTİ	5.000,0 ADET			
---	---------------------	--------------	--	--	--

Yukarıda belirtilen malzemeleri karşılığında belirtilen fiyatlardan verebileceğimi taahhüt ederim.

İMZA - KAŞE

1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK,KDV ORANI BELİRTİLECEKTİR.

2-)TEKLİLER SON TESLİM TARİH VE SAATİNE KADAR İMZALI VE KAŞELİ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ,FAKS İLEDE GÖNDERİLEBİLİR.

3-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA VEYA MODELİ UBB KODU İSTEKLİNİN BAYİ İSE BAYİ KODU ANA FİRMA İSE FİRMA KODU,ÜRÜNÜN TEKİL VEYA PAKET ÜRÜN OLDUĞU TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEME MEKTUPLARINDA BELİRTİLECEKTİR.

4-)İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ İLACA ,MAEYE İLİŞKİN OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI VE ONAYLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE İLE BARKOT NUMARALARINI TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULMASI ZORUNLUDUR.

KİSMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.

5-)MAL/HİZMET ALIMI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GİDERLER(NAKLIYE,SİGORTA VB.)FİRMAYA AİTTİR.

6-)ÖDEME VADESİ MAL TESLİMİNE MÜTEAKİP 60. GÜNDÜR

NOT:ÜRÜNLERİN TESLİM SÜRESİ PROFORMADA İŞGÜNÜ OLARAK BELİRTİLECEKTİR.TESLİM SÜRESİ BELİRTİLMEDİĞİNDE 15 İŞ GÜNÜ TESLİM SÜRESİ OLARAK ESAS ALINACAKTIR.HEMEN,DERHAL GİBİ İFADELER 5 (BEŞ)İŞ GÜNÜ OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.İTHAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ FİRMA TEKLİFİNDE TESLİM SÜRESİNİ BELİRTMEK ZORUNDADIR.SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN BELİRTİLEN SÜREDE TESLİM EDİLMEYEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SİPARİŞ TEKRAR YAZIŞMA YAPMADAN İPTAL EDİLMİŞ SAYILIR.

**Adres:** Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doğu Kampüsü Çünür 32260 - ISPARTA

**Doğrudan Temin Tel** 0246 211 28 37 - 211 28 39 **Email :** sdudogrudantemin@gmail.com

**Hasta Bazlı Tel:** 0246 211 28 85

**Email :** sdu22f@outlook.com


**İhale Tel:** 0246 211 28 35


**Fax:** 0246 211 28 23

**ŞARTNAME:****SEDİMANASYON CİHAZI**

1. Cihaz vakumlu EDTA'lı tüple çalışabilmelidir.
2. Sedimentasyon ölçüm metodu eritrositlerin agregasyon hızlarının kinetik ölçümüne veya Westergren metoduna korele bir ölçüm yöntemine dayanmalıdır.
3. Cihaz 1 saatlik sedimentasyon sonucunu en fazla 30 dakikada verebilmelidir.
4. Cihaz random access çalışmalıdır. Uzak masaüstü bağlantı programları aracılığıyla cihazların servis menüsüne erişim imkanı olmalı ve hızlı servis desteği sağlanabilmelidir.
5. Cihaza harici ya da dahili rak / numune yükleme yuvası aracılığıyla en az 30 numune bir seferde yüklenebilmelidir. Hasta sonucu saklama kapasitesi en az 10.000 adet olmalıdır.
6. Cihaz 15-35 °C sıcaklık aralığında çalışabilmelidir.
7. Cihaz için verilecek iç kalite kontrol numunesi likid formda olmalıdır.
8. 5000 adet hemogram tüpü verilecektir

NO	TESTİN ADI	SUT NO	LOING
1	SEDİMANASYON	903 400	L106650

  
SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi  
Prof. Dr. Duygu KUMBUL  
Dip.Tes.No.: 62570-93539  
Tıbbi Biyokimya A.D.

  
Dr. Demirbaş  
Laboratuvar Tek.Ser.  
Biyolog  
E.DÜ:1621