

T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No: 73508 : 57342

Talep Eden Birim: TIBBİ CİHAZ ATÖLYESİ

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler 4734 Kamu İhale Kanunu'nun 22 maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemeler için tekliflerinizi son teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar Satın Alma Birimimize vermenizi rica ederim.

Son Teslim Tarih & Saat : 10.12.2025 11:00

FİKRET KESKİN
SATINALMA GÖREVLİSİ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktarı Birimi	Sut Kodu	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
---------	---------------	----------------	----------	--------------	---------------

1	BAKIM ONARIM BEDELİ	HASTANE ÇOCUK ALERJİ VE SFT ÜNİTESİNDE KULLANILAN NDD MARKA EASYON-PC MODEL SN:244005 SFT SPINOME	1,0 ADET		
---	---------------------	---	----------	--	--

Yukarıda belirtilen malzemeleri karşılığında belirtilen fiyatlardan verebileceğimi taahhüt ederim.

İMZA - KAŞE

1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK,KDV ORANI BELİRTİLECEKTİR.

2-)TEKLİLER SON TESLİM TARİH VE SAATİNE KADAR İMZALI VE KAŞELİ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ,FAKS İLEDE GÖNDERİLEBİLİR.

3-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA VEYA MODELİ UBB KODU İSTEKLİNİN BAYI İSE BAYI KODU ANA FİRMA İSE FİRMA KODU,ÜRÜNÜN TEKLİF VEYA PAKET ÜRÜN OLDUĞU TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEME MEKTUPLARINDA BELİRTİLECEKTİR.

4-)İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ İLACA ,MAEYE İLİŞKİN OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI VE ONAYLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE İLE BARKOT NUMARALARINI TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULMASI ZORUNLUDUR.

KİSMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.

5-)MAL/HİZMET ALIM İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GİDERLER(NAKLİYE,SİGORTA VB.)FİRMAYA AİTTİR.

6-)ÖDEME VADESİ MAL TESLİMİNE MÜTEAKİP 90. GÜNDÜR

NOT:ÜRÜNLERİN TESLİM SÜRESİ PROFORMADA İŞGÜNÜ OLARAK BELİRTİLECEKTİR.TESLİM SÜRESİ BELİRTİLMEDİĞİNDE 15 İŞ GÜNÜ TESLİM SÜRESİ OLARAK ESAS ALINACAKTIR.HEMEN,DERHAL GİBİ İFADELER

5 (BEŞ)İŞ GÜNÜ OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.İTHAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ FİRMA TEKLİFİNDE TESLİM SÜRESİNİ BELİRTMEK ZORUNDADIR.SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN BELİRTİLEN SÜREDE TESLİM

EDİLMEYEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SİPARİŞ TEKRAR YAZIŞMA YAPMADAN İPTAL EDİLMİŞ SAYILIR.

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doğu Kampüsü Çünür 32260 - ISPARTA

Doğrudan Temin Tel 0246 211 28 37 - 211 28 39

Hasta Bazlı Tel: 0246 211 28 85

İhale Tel: 0246 211 28 35

Email : sdudogrudentemini@gmail.com

Email : sdu22f@outlook.com

Fax: 0246 211 28 23

NDD MARKA EASY-PC MODEL SFT CİHAZI TAMİRİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemizde kullanılan NDD Marka Easy on-pc Model Sn:244005 sft spinometre cihazı tamiri yapılacaktır.
2. İşi yüklenecek firmanın ilgili cihaz ve tıbbi cihaz tamirleri ile ilgili olarak en az TSE belgesi olmalı ve bunu Satınalma birimine ve Biyomedikal birimine sunmalıdır.
3. Yüklenici firma arıza tespiti yaptıktan sonra yapacağı işlemler ve/veya değişmesi gereken parçalar varsa bunları belirttiği bir teknik rapor ve proforma hazırlayıp hastane Biyomedikal ve Satın Alma birimine bildirecektir.
4. Hastane ilgili birimleri onay verdikten sonra yüklenici firma tamir işlemini gerçekleştirecektir.
5. Yüklenici firma için talepte bulunan arızalı cihaz ile ilgili Biyomedikal Birim Teknik Raporu yeterli ise rapora istinaden tespit yapan yüklenici firma, kullanacağı yedek parçaların fiyatlarını tamir kapsamı içine ekleyerek Satın Alma Birimine bildirecektir.
6. Cihaz için yedek parça değişimi gerekirse firma tarafından teklif sunulacak ve Kurum yetkililerince onay verildikten sonra, ilgili firma teknik personeli tarafından yedek parça değişimi yapılacaktır.
7. Cihaza yedek parçaya yapılan tüm işlemler Biyomedikal nezaretinde yapılacaktır. Cihaza yönelik Biyomedikal onayı olmayan hiçbir işlem yapılmayacaktır.
8. Cihaza yeni yedek parça takıldığında upgrade ve kalibrasyon işlemleri ve/veya cihazın yazılım yükleme format atma gibi ihtiyaç gereken durumlarda yüklenici firma ilave servis ücreti yansıtmadan yapacaktır.
9. Tamir edilen cihaz veya cihazların kalibrasyonu yüklenici firma tarafından kuruma ilave bir ücret yansıtmadan yapılacak veya yüklenici firma tarafından yetkili bir kalibrasyon firmasına yaptırılacaktır. Kalibrasyon etiketini ve raporlarını cihaz ile birlikte yüklenici firma Biyomedikal birimine iş sonunda gönderecektir.
10. Tamir işlemlerinde yedek parça alınması gereken durumlarda Satınalma biriminin siparişine istinaden alınan yedek parça cihaza elektronik, mekanik ve yazılımsal açıdan tam uyumlu orijinal ve kullanılmamış olacaktır.
11. Takılan yedek parçaların yerinden çıkan arızalı ve eski yedek parçalar Biyomedikal birimine teslim edecektir.
12. Kullanılan her bir yedek parça için yüklenici firma en az 1 yıl garanti verecektir.
13. Yeni yedek parça kullanılmadan yapılan her bir cihaz tamirine yüklenici firma en az 6 ay garanti verecektir.
14. Değişen parçalara istinaden oluşan arızalarda yüklenici firma kuruma ek ücret yansıtmadan arıza tespitine gelerek arızayı giderecek ve/veya garantili yedek parça arızası durumunda yeni ve orijinal yedek parça değişimi yüklenici firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ali Kaan AYMAZ
S.T.C.U. No: 11711
Biyomedikal Teknisyeni

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Abdurrahman GÖKALIOĞLU
S.T.C.U. No: 11711
Biyomedikal Teknik Servis
S.D.U. -04395