

T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No: 66595 : 50694

Talep Eden Birim: AMELİYATHANE

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler 4734 Kamu İhale Kanunu'nun 22 maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemeler için tekliflerinizi son teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar Satın Alma Birimimize vermenizi rica ederim.

Son Teslim Tarih & Saat : 19.08.2024 11:00

AYLİN KÜNAR
SATINALMA GÖREVLİSİ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktarı Birimi	Birim Fiya	Toplam Tuta	Sut Kodu
1	CERRAHİ ALET VE SOĞUK STERİLİZASYON SOLÜSYONU	500,0	LİTRE		

Yukarıda belirtilen malzemeleri karşılarında belirtilen fiyatlardan verebileceğimi taahhüt ederim.

İMZA - KAŞE

1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK,KDV ORANI BELİRTİLECEKTİR.

2-)TEKLİLER SON TESLİM TARİH VE SAATİNE KADAR İMZALI VE KAŞELİ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ,FAKS İLEDE GÖNDERİLEBİLİR.

3-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA VEYA MODELİ UBB KODU İSTEKLİNİN BAYİ İSE BAYİ KODU ANA FİRMA İSE FİRMA KODU,ÜRÜNÜN TEKİL VEYA PAKET ÜRÜN OLDUĞU TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEME MEKTUPLARINDA BELİRTİLECEKTİR.

4-)İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ İLACA ,MAEYE İLİŞKİN OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI VE ONAYLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE İLE BARKOT NUMARALARINI TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULMASI ZORUNLUDUR.

KİSMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.

5-)MAL/HİZMET ALIM İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GİDERLER(NAKLIYE,SIGORTA VB.)FİRMAYA AİTTİR.

6-)ÖDEME VADESİ MAL TESLİMİNE MÜTEAKİP 90. GÜNDÜR

NOT:ÜRÜNLERİN TESLİM SÜRESİ PROFORMADA İŞGÜNÜ OLARAK BELİRTİLECEKTİR.TESLİM SÜRESİ BELİRTİLMEDİĞİNDE 15 İŞ GÜNÜ TESLİM SÜRESİ OLARAK ESAS ALINACAKTIR.HEMEN,DERHAL GİBİ İFADELER 5 (BEŞ)İŞ GÜNÜ OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.İTHAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ FİRMA TEKLİFİNDE TESLİM SÜRESİNİ BELİRTMEK ZORUNDADIR.SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN BELİRTİLEN SÜREDE TESLİM EDİLMEYEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SİPARİŞ TEKRAR YAZIŞMA YAPMADAN İPTAL EDİLMİŞ SAYILIR.

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doğu Kampüsü Çünür 32260 - ISPARTA

Doğrudan Temin Tel 0246 211 28 37 - 211 28 39 **Email :** sdudogrudentemin@gmail.com

Hasta Bazlı Tel: 0246 211 28 85

Email : sdu22f@outlook.com

İhale Tel: 0246 211 28 35

Fax: 0246 211 28 23

STM014

Perasetik Asit İçerikli Alet Dezenfeksiyon Solüsyonu

1. Ürün yapıları gereği otoklav veya etilen oksit ile sterilizasyonu yapılamayan artroskop, laparoskop, endoskop gibi tüm rijit ve fleksible endoskopların, anestezi aksesuarlarının, plastik, kauçuk, metal, porselen, cam vb medikal ekipmanların yüksek düzey dezenfeksiyonu için uygun olmalıdır.
2. Ürün hidrojen peroksit, perasetik asit kombinasyonu içermeli uzun süre kullanılabilmesi için kullanım esnasında aktivatör ve jeneratör karıştırılarak hazırlanmalı ve tek yönlü reaksiyonla perasetik asit üretmelidir.
3. Ürün amin, kuarterner amonyum, aldehit, fenol, klor ve ağır metal olduğu için gümüş iyonları içermemelidir.
4. Tedarik edilecek ürünlerin kullanım ve etki süresine göre birim fiyat hesaplaması yapılacaktır.
5. Firma ürün beraberinde solüsyon içerisindeki perasetik asit seviyesini ölçmeye yarayan test striplerini litre başına 1 adet olacak şekilde bedelsiz vermelidir.
6. Kullanılacak ekipmanlarda herhangi bir korozyona neden olmamalı, korozyona neden olmadığı bilimsel çalışma ile belgelendirilmelidir.
7. Ürün orijinal 5 L'lik ambalajında olmalı, ambalaj üzerinde ürünün kimyasal içeriği, üretim ve son kullanma tarihi, lot numarası yazmalıdır. Ürün aktivatörü kullanıcı hatalarını önlemek için 5L'lik generatör içerisinde özel bir bölümde monteli veya her ürünün yanında verilmelidir.
8. Kullanıma hazırlanan solüsyon berrak görünümlü olmalıdır. Köpük içermemelidir.
9. Hoş olmayan ve çalışmayı engelleyici koku içermemelidir.
10. Solüsyonda depolama sırasında tortu ve çökeltme oluşmamalıdır.
11. Muayene komisyonu gerek duyması halinde komisyonun uygun göreceği Analiz laboratuvarına, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu başta olmak üzere her seri için yeterli sayıda numune alarak masrafları firmaya ait olmak üzere analiz için gönderebilecektir. Analiz nedeniyle eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır.
12. Solüsyon en az 7 gün etkinliğini sürdürebilmelidir. Gerektiğinde Strip ile etkinliği kontrol edilebilmelidir.
13. Ürün 5 dk.da bakterisidal (MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus) mikobakterisidal (Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium), fungusidal (Candida albicans, Aspergillus niger dahil) virüsidal (poliovirüs ve adenovirüs dahil) ve sporisidal (Bacillus subtilis, Bacillus cereus dahil) etki göstermelidir. Firma bu özellikleri karşıladığına dair akredite laboratuvarlardan yapılmış mikrobiyolojik çalışma raporlarına sahip olmalı, değerlendirme aşamasında sunulmalıdır.

14. Test stripleri pH ölçer olmayıp solüsyona özel olmalı, test striplerinin validasyon çalışması değerlendirme aşamasında sunulmalıdır.
15. Ürün geniş materyal uyumluluğuna sahip olmalıdır. Hastanemiz ameliyathanesinde kullanılmakta olan storz ve olympus marka mevcut endoskopik cihazlarla, rijit ve fleksibl endoskoplarla uyumlu olmalı ve bunu belgelendirmelidir. Belge değerlendirme aşamasında sunulmalıdır.
16. Ürün en az 1 yıl miada sahip olmalıdır. Son kullanım tarihine kadar stabil kaldığı laboratuvar çalışması ile belgelenmelidir. Belge değerlendirme aşamasında sunulmalıdır.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Doç.Dr. İsa SÖZEN
Dip.Tes.No: 1262111
Genel Cerrahi A.B.D.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Mustafa CİRELİ
Sicil No: 5192