

T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No: 63743 : 48636

Talep Eden Birim: HEMŞİRELİK HİZMETLERİ

Hastanemiz için ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler 4734 Kamu İhale Kanunu'nun 22 maddesine göre doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen malzemeler için tekliflerinizi son teklif verme tarihindeki teklif verme saatine kadar Satın Alma Birimimize vermenizi rica ederim.

Son Teslim Tarih & Saat : 19.02.2024 11:00

AYLIN KÜNAR
SATINALMA GÖREVLİSİ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktarı Birimi	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Sut Kodu
---------	---------------	----------------	-------------	--------------	----------

1 NAZAL OKSİJEN KANÜLÜ ERİŞKİN

6.000,0 ADET

Yukarıda belirtilen malzemeleri karşılarında belirtilen fiyatlardan verebileceğimi taahhüt ederim.

İMZA - KAŞE

1-)TEKLİFLER TL OLARAK KDV'SİZ VERİLECEK,KDV ORANI BELİRTİLECEKTİR.

2-)TEKLİLER SON TESLİM TARİH VE SAATİNE KADAR İMZALI VE KAŞELİ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ,FAKS İLEDE GÖNDERİLEBİLİR.

3-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA VEYA MODELİ UBB KODU İSTEKLİNİN BAYİ İSE BAYİ KODU ANA FIRMA İSE FIRMA KODU,ÜRÜNÜN TEKİL VEYA PAKET ÜRÜN OLDUĞU TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEME MEKTUPLARINDA BELİRTİLECEKTİR.

4-)İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ İLACA ,MAEYE İLİŞKİN OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI VE ONAYLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE İLE BARKOT NUMARALARINI TEKLİFLE BİRLİKTE SUNULMASI ZORUNLUDUR. KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.

5-)MAL/HİZMET ALIM İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GİDERLER(NAKLİYE,SİGORTA VB.)FİRMAYA AITTİR.

6-)ÖDEME VADESİ MAL TESLİMİNE MÜTEAKİP 90. GÜNDÜR

NOT:ÜRÜNLERİN TESLİM SÜRESİ PROFORMADA İŞGÜNÜ OLARAK BELİRTİLECEKTİR. TESLİM SÜRESİ BELİRTİLMEDİĞİNDE 15 İŞ GÜNÜ TESLİM SÜRESİ OLARAK ESAS ALINACAKTIR. HEMEN,DERHAL GİBİ İFADELER 5 (BEŞ)İŞ GÜNÜ OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR.İTHAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ FIRMA TEKLİFİNDE TESLİM SÜRESİNİ BELİRTMEK ZORUNDADIR.SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN BELİRTİLEN SÜREDE TESLİM EDİLMEYEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ SİPARİŞ TEKRAR YAZIŞMA YAPMADAN İPTAL EDİLMİŞ SAYILIR.

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doğu Kampüsü Çünür 32260 - ISPARTA

Doğrudan Temin Tel 0246 211 28 37 - 211 28 39 **Email :** sdudogrudentemin@gmail.com

Hasta Bazlı Tel: 0246 211 28 85

Email : sdu22f@outlook.com

İhale Tel: 0246 211 28 35

Fax: 0246 211 28 23

OKD001

Nazal Oksijen Kanülü

1. Kanül hortumu non toksik tıbbi PVC'den yapılmış olmalı, yumuşak olmalı, fakat king yapmamalıdır.
2. Burun girişleri yumuşak ve ergonomik olmalıdır.
3. Mukoza kurumasını engelleyici ve tahrişi engelleyici nitelikte olmalıdır.
4. Bağlantı konnektörü O₂ flowmetresi ile uyumlu olmalı
5. Bağlantı konnektörü O₂ flowmetresine rahatça ulaşılabilir uzunlukta olmalı, (200-300cm olmalıdır.)
6. Hastanın başına göre yukardan ayarlanabilmeli, kendiliğinden açılmamalı, gevşememelidir.
7. Yetişkin ve çocuk boyları olmalıdır.
8. Tekli temiz paket içinde olmalı ve alerji yapmamalıdır.
9. Nazal kanül lateks içermemelidir.
10. Ürün şeffaf olmalıdır ve kanül deliklerinden hava geçişi eşit olmalıdır.
11. Her ürün için münferit iç ambalaja sahip olmalı ve ürün tanıtım etiketi olmalıdır.
12. Bağlantı yerleri kolay açılmamalıdır.
13. Nazal kanül lateks içermemelidir.
14. Son kullanma tarihi, steril tarihi üzerinde yazılı olmalıdır.

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Fatma ALBÜL
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
SDÜ: 2023

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Gözde ALKAN
Sicil No: 5118
Hem. Hiz. Müd. Yrd.
[Signature]